

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Kilińskiego 29  
08-110 Siedlce

Znak sprawy: Kardi3/232/2018

Siedlce dnia: 2018-08-31

**P O W I A D O M I E N I E**  
**o zmianach SIWZ**

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na:

**Doposażenie ośrodka implantacji stymulatorów i defibrylatorów w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy w SPZOZ w Siedlcach. Przetarg nr 3**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na **Doposażenie ośrodka implantacji stymulatorów i defibrylatorów w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy w SPZOZ w Siedlcach. Przetarg nr 3**, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: W związku z odpowiedzią na pytanie Wykonawcy, z dnia 31.08.2018r. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następującym zakresie:

1. Załącznik nr 4 do SIWZ Minimalne wymagania techniczne sprzętu.

Zmienia się Tabelę w wierszu z lp 15:

Lp.	OPIS WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO (parametry techniczne zamawianej aparatury medycznej)	Wartość wymagana / punktacja
1.	<del>Dwa zasilacze</del> Zasilacz UPS podtrzymujący pracę całego zestawu na min.10 min. po zaniku napięcia zasilania podstawowego	TAK

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Siedlcach  
*mgr. Mirosław Łośkończyk*