

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: przeglądy/233/2018/8

Siedlce dnia: 2018-09-25

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Przeglądy i konserwacja aparatury medycznej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1 do zadanie 11 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 3 i 4 (respirator Hamilton G5 Respirator Hamilton C1) do odrębnego zadania

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zgodnie z zapisami SIWZ

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach
mgr Mirosław Pabliński

Sprawę prowadzi – Anna Jastrzębska

STARSZY INSPEKTOR

Anna Jastrzębska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: przeglądy/233/2018/7

Siedlce dnia: 2018-09-25

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: **Przeglądy i konserwacja aparatury medycznej.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Dot. zadanie nr 8 Prosimy o informację czy dla zadania nr 8 Zamawiający dopuszcza przegląd wszystkich urządzeń w tym samym czasie.

Odpowiedź - NIE

2. Dot. SIWZ pkt. 3.5.9 Prosimy o potwierdzenie, że wymagając, by usługa przeglądów technicznych urządzeń medycznych realizowana była przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje lub uprawnienia do ich wykonania, Zamawiający wymaga, żeby osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji czynności serwisowych posiadały pisemne potwierdzenie odbycia szkolenia serwisowego u producenta sprzętu na który Wykonawca składa ofertę.

Odpowiedź – zgodnie z SIWZ

3. Dot. zadanie nr 8 Prosimy o informację, czy z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy posiadania aktualnego upoważnienia (autoryzacji) od wytwórcy do świadczenia usług serwisowych, okazywanego na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji postępowania i zamówienia?

Odpowiedź – zgodnie z SIWZ

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Sprawę prowadzi – Anna Jastrzębska

STARSZY INSPEKTOR

Anna Jastrzębska
Anna Jastrzębska

Zamawiający
DIREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach
M. Leśkiewicz
mgr Mirosław Leśkiewicz