

**ODPOWIEDŹ**  
na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

**dostawę 2 sztuk respiratorów do Szpitala SP ZOZ Siedlce,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

***Respirator kliniczno-transportowy, turbinowy do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia u dzieci i dorosłych 1 szt.***

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarno- transportowy na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce o masie własnej bez podstawy 12,9 kg? Pkt. 6
2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarno-transportowy o szerokiej perspektywie monitorowania i obrazowania parametrów wentylacji bez obrazowania ciśnienia minimalnego i szczytowego przepływu wydechowego? Pkt. 37,44

***Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dzieci i dorosłych - 1 szt.***

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarno- transportowy bez trybu VS? Pozostałe bez zmian zgodnie z SIWZ. Pkt. 15
2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarno- transportowy z minimalnym zakresem objętości wdechowej od 40 do 2500ml. Pkt. 32
3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarno- transportowy o minimalnym zakresie wysokiego ciśnienia w trybach APRV, BILEVEL, BIPAP, DUOPAP, od 2 do 60 cm H<sub>2</sub>O? Pkt. 41
4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarno- transportowy z wbudowaną analizą kształtu krzywej przepływu: prostokątna, opadająca 50%, opadająca 100%? Pkt. 43
5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarno- transportowy z wbudowaną kolorową matrycą 13,3 cala pod ściśle określonym kątem położenia dający komfort podglądu z różnego kąta widzenia? Pkt. 45
6. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarno- transportowy o szerokim monitorowaniu i obrazowaniu parametrów wentylacji bez podania ciśnienia minimalnego, pomiaru ciśnienia w przetyku, obliczania ciśnienia przez płucnego, i stałej czasowej wdechu? Pkt. 51, 54, 68
7. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarno- transportowy bez funkcji wspomaganie odsysania przez podania wysokiego stężenia O<sub>2</sub> przed i po odsysaniu? Pkt. 100

8. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarno- transportowy bez możliwości instalacji wersji IntelliVent?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

**Respirator kliniczno-transportowy, turbinowy do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia u dzieci i dorosłych 1 szt.**

Ad. 1

Tak.

Ad. 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dzieci i dorosłych - 1 szt.**

Ad. 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 2 - 4

Tak.

Ad. 5 - 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 8

Zgodnie z SIWZ jest to parametr dodatkowo punktowany, a nie bezwzględnie wymagany.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Siedlcach  
mgr Mirosław Teśkowiak