

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Kilińskiego 29  
08-110 Siedlce

Pismo: bronchofiberoskop/142/2016/4

Siedlce dnia: 2016-05-20

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**dostawa bronchofiberoskopu optycznego,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Dot. pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści źródło światła białego typu LED, ale bez wskazań stanu baterii? Parametr ten jest charakterystyczny tylko dla 1 producenta co zawęży kryteria przetargu.
2. Czy Zamawiający dopuści czas ciągłej pracy na jednej baterii krótszy niż 10 godz.? Parametr ten nie odgrywa znaczącej roli w jakości badania a jest typowy dla 1 producenta
3. Dot. pkt. 4 Czy zamawiający będzie wymagał lepszego parametru tj. kąta widzenia min. 110o?
4. Dot. pkt. 6 Czy Zamawiający będzie wymagał lepszego parametru tj. wychylenia końcówki góra/dół min.160o/130o?
5. Dot. pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą 920 mm?
6. Dot. pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści średnicę kanału roboczego min.2,2 mm? Przy lepszych parametrach aparatu tj. średnicy zewnętrznej tuby wziernika max 4,9 mm jako łatwiejszej do prowadzenia badania.
7. Dot. pkt. 11 Czy Zamawiający będzie wymagał lepszego parametru tj. mniejszej końcówki dystalnej max 4,9 m? jako łatwiejszej w prowadzeniu badania i mniej obciążającej pacjenta
8. Dot. pkt. 12 Czy Zamawiający będzie wymagał lepszego parametru tj. głębia ostrości obrazu min. 1-50mm.?
9. Dot. pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści standardowe wejście endoskopowe kanał roboczego? Zakończenie podane w specyfikacji jest typowe tylko dla 1 producenta?
10. Dot. pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści przyłączy ssaka odłączalne - celem lepszej higieny endoskopu?

11. Dot. pkt. 19 Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu, gdyż w pkt.2 specyfikacji Zamawiający wyraził życzenie by aparat był urządzeniem z automatycznym źródłem światła zasilanym z własnej baterii/akumulatora. Zapisy te, bowiem wzajemnie się przeciwstawiają i blokują zasadę zdrowej konkurencji.
12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bronchofiberoskopu fabrycznie nowego, ale wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2015 r.?
13. Prosimy o dopuszczenie fiberoskopu o następujących parametrach: w pkt. 4. pole widzenia 90°, w pkt. 6. wygięcie końcówki 180° w górę, 130° w dół (parametr wyższy niż wymagany).
14. Prosimy o dopuszczenie akumulatorów-baterijnego źródła światła umożliwiającego stałe świecenie diody LED przez 3 godziny.
15. Prosimy o dopuszczenie w pkt. 14 i 15 przyłącza ssaka z zaworem przyciskowym oraz możliwości zamontowania zaworu biopsyjnego (zawór w komplecie).
16. Dot. projektu umowy par. 3 ust. 4  
Czy nie zaszła omyłka, gdyż obecnie obowiązuje ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych?
17. Dot. projektu umowy par.6 ust. 1b  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 150 zł?
18. Dot. projektu umowy par.6 ust. 1b  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie „ale nie więcej niż 10% wartości umowy”?
19. Dot. projektu umowy par.6 ust. 1b  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do terminu „w dni robocze” (zgodnie z par. 6 ust. 3)?
20. Dot. projektu umowy par.6 ust. 1b i ust. 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 72h w dni robocze (3 dni robocze)?
21. Dot. projektu umowy par.6 ust. 3  
Prosimy aby termin czasu reakcji serwisu liczony był nie od dnia zgłoszenia, ale od dnia przesłania sprzętu na koszty wykonawcy do jego autoryzowanego serwisu.  
*Ze względu na specyfikę obsługi sprzętu i konieczność przeprowadzenia specjalistycznych badań, przy pomocy dedykowanych urządzeń diagnostycznych, naprawa jest możliwa jedynie w siedzibie serwisu. Dlatego w ramach standardu obsługi serwisowej oferujemy bezpłatny transport kurierem urządzenia do i z serwisu; dostarczamy również wypełnione listy przewozowe. W związku z tym wizyta serwisanta byłaby bezcelowa.*

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1

Tak.

Ad. 2

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 3 - 4

*Nie wymaga, ale dopuszcza.*

Ad. 5 - 6

*Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Ad. 7 - 8

*Nie wymaga, ale dopuszcza.*

Ad. 9 - 10

*Tak.*

Ad. 11

*Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Ad. 12 - 13

*Tak.*

Ad. 14

*Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Ad. 15 - 16

*Tak.*

Ad. 17

*Zmieniono odpowiedziami z dnia 19.05.2016r.*

Ad. 18

*Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Ad. 19

*Tak.*

Ad. 20

*Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Ad. 21

*Zamawiający zmienia zapisy §7 ust. 3 Wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:*

*„Wymagany czas reakcji serwisu Wykonawcy liczony od przyjazdu do siedziby Zamawiającego lub wysłania sprzętu na koszt Wykonawcy do jego autoryzowanego serwisu i określenie przyczyny uszkodzenia podlegającego naprawie gwarancyjnej, wynosi 3 dni robocze od telefonicznego zgłoszenia zamawiającego.”*

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

KIEROWNIK  
Sekcji Zamówień Publicznych  
i Zaopiniowania  
Robert Hosiak

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Siedlcach  
Marek Mirosław Leśkiewicz