

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: systemnadzoru/122/2015/3

Siedlce dnia: 2015-11-16

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

dostawę i montaż systemu nadzoru okołoporodowego,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Czy Zamawiający dopuści wyniki analizy zmienności krótkoterminowej STV w postaci liczbowej?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga aby wyniki analizy zmienności krótkoterminowej STV przedstawiane były w postaci graficznej.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach
mer Mirosław Leśkiewicz