

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: endo/92/2015/4

Siedlce dnia: 2015-03-03

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

dostawę myjni do endoskopów oraz videokolonoskopu,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie nr 1 dotyczące zapisów SIWZ, umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia - ZADANIE 2 pkt. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przedmiotu zamówienia z dostępnością części zamiennych przez okres minimum 8 lat.

Pytanie nr 2 dotyczące zapisów SIWZ, umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia - ZADANIE 2 pkt. 18: Celem doprecyzowania zapisów prosimy o podanie konkretnej długości, jednej z podanych ?
(obecny zapis podaje długość dwóch endoskopów - krótki i długi)

Pytanie nr 3 dotyczące zapisów SIWZ, umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia - ZADANIE 2 pkt. 19 Celem doprecyzowania zapisów prosimy o podanie konkretnej długości, jednej z podanych ?
(obecny zapis podaje długość dwóch endoskopów - krótki i długi)

Pytanie nr 4 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE 2 pkt. 4 oraz zapisów SIWZ, umowy paragraf 6 pkt. 1b: Celem doprecyzowania zapisów umowy paragraf 6 pkt. 1b prosimy o dopisanie zapisu "dni robocze" zgodnie zapisami w opisie przedmiotu zamówienia zadanie 2 pkt. 4 ?

Zgodnie z zapisami w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił czas reakcji serwisu na 48 godzin w dni robocze, oraz zapisy projektu umowy paragraf 7 pkt. 3

Pytanie nr 5 dotyczące opisów przedmiotu zamówienia zadanie 2 oraz zapisów umowy paragraf 6 pkt. 1b: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do wysokości 100 zł?

Pytanie nr 6 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia ZADANIE 2 zapisów SIWZ, umowy paragraf 7 pkt. 3 Ze względu na specyfikę obsługi sprzętu i konieczność przeprowadzenia specjalistycznych badań, przy pomocy specjalistycznych urządzeń diagnostycznych, naprawa jest możliwa jedynie w serwisie firmy. Dlatego w ramach standardu obsługi serwisowej oferujemy bezpłatny transport kurierem urzędzenia do i z serwisu; dostarczamy również wypełnione listy przewozowe. W związku z tym wizyta serwisanta byłaby bezcelowa.

W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu o tzw. "przyjeździe do siedziby Zamawiającego " dla zadania 2 ?

Pytanie nr 7 dotyczące zapisów SIWZ, przedmiotu zamówienia zadanie 2 oraz zapisów umowy paragraf 6 pkt. 1b: Czy w przypadku zapewnienia sprzętu zastępczego, który zapewni ciągłość pracy pracowni, Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku przekroczenia terminu wykonania zgłoszenia gwarancyjnego ?

Pytanie nr 8 dotyczące zapisów SIWZ Prosimy o podanie informacji czy Wykonawca ma załączać do oferty zaakceptowany wzór umowy ?
(formularz ofertowy zawiera zobowiązanie podpisania umowy)

Pytanie nr 9: Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Pytanie nr 10
dostawa automatycznej myjni - dezynfektora do endoskopów elastycznych - charakterystyka techniczna
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w przypadku braku możliwości przyłączenia myjni do źródła wody zdemineralizowanej należy w pełni skalkulować system uzdatniania wody przez Wykonawcę ?

Pytanie nr 11
Dot. zadania nr 2 Videokolonoskop Pkt. 11
Czy Zamawiający dopuści zapis Funkcja identyfikacji endoskopu (mikrochip informacyjny zawierający informacje o typie i nr seryjnym endoskopu)?

Pytanie nr 12
Dot. zadania nr 2 Videokolonoskop Pkt. 12
Czy Zamawiający dopuści 3 programowalne przyciski funkcyjne na głowicy endoskopu?

Pytanie nr 13
Dot. zadania nr 2 Videokolonoskop Pkt. 13
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie z kolonoskopem kompatybilny własny procesor obrazu ?

Pytanie nr 14
Dot. zadania nr 2 Videokolonoskop Pkt. 18 i 19
Czy Zamawiający dopuści kolonoskop o długości roboczej 1330 mm i długości całkowitej 1630 mm?

Pytanie nr 15
Dot. zadania nr 2 Videokolonoskop Pkt. 18 i 19
Czy Zamawiający dopuści kolonoskop o długości roboczej 1690 mm i długości całkowitej 1990 mm?

Pytanie nr 16
Dot. zadania nr 2 Videokolonoskop Pkt. 20
Czy Zamawiający dopuści kanał roboczy 3,8 mm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1
Tak.

Ad. 2
Długość 1680 mm

Ad. 3

Długość 2000 mm

Ad.4 - 5

Zamawiający zgadza się w wyniku czego §6 pkt. 1b otrzymuje brzmienie:

„w wysokości 100 zł, za każdy dzień roboczy zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, oraz w wykonaniu zgłoszenia gwarancyjnego licząc po 48 godzinach od zawiadomienia Wykonawcy”

Ad. 6

Tak.

Ad. 7

Tak.

Ad. 8

Nie jest to konieczne.

Ad. 9

Nie.

Ad. 10

Tak. Należy skalkulować wszystkie koszty związane z dostawą i montażem stacji uzdatniania wody i bojlera.

Ad. 11 -16

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach
wsp. *Mieczysław Leśkiewicz*