

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: odcz.+dzierz./166/2017/3

Siedlce dnia: 2017-03-08

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: **dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium SPZOZ w Siedlcach,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Zwracamy uwagę na (prawdopodobnie omyłkowe) niejasności w zapisach SIWZ odnośnie punktacji jakościowej w Pakiecie 4 (koagulacja) , Obecne zapisy są nieprecyzyjne i nie umożliwiają jednoznacznej oceny ofert.

Lp.	Parametr	Wypełnia oferent		
		Punktacja	Potwierdzenie, opis,	Ocena komisji
1.	Największy zakres liniowości dla D-dimeru w ng/ml	Największy zakres liniowości - Nż Liczba punktów = (par. bad/par maks) * 100 * waga gdzie: - par. bad - zakres liniowości podana w ofercie - par. maks - Największy zakres liniowości spośród wszystkich ofert Waga – 2%		
2.	Największa trwałość odczynników na pokładzie	Największa trwałość odczynników - Nto Liczba punktów = (par. bad/par maks) * 100 * waga		
		gdzie: - par. Bad - trwałość odczynników podana w ofercie - parmaks - Największa trwałość odczynników spośród wszystkich ofert Waga – 2%		
3.	Możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie minimum 40 próbek badanych	TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt.		
	Razem			

Parametr 1. i 2. punktowany jest jako waga 2% natomiast parametr 3 jako 2 pkt.

Wydaje się, że wszystkie parametry powinny otrzymać przydzieloną punktację (tak jak to jest w innych pakietach), która następnie jest uwzględniana w ocenie ogólnej oferty przy wzięciu pod uwagę wagi 40% oceny technicznej w całkowitej ocenie ofert.

Ponadto prosimy o sprecyzowanie w jaki sposób zamawiający będzie punktował trwałość odczynników na pokładzie? . Do każdego parametru jest inny odczynnik, którego trwałość na pokładzie może być różna. Wydaje się więc, że należy sprecyzować osobno liczbę punktów dla każdego parametru.

Sprawę prowadzi – Anna Jastrzębska d/s Zamówień Publicznych

Referent
Anna Jastrzębska

Odpowiedź – Parametry z pkt. 1 i 2 będą oceniane według podanych wzorów, otrzymana ilość punktów uwzględniana będzie w ocenie oferty przy wzięciu pod uwagę wagi 40% oceny technicznej w całkowitej ocenie ofert. W punkcie 2 w kolumnie „Potwierdzenie, opis”, należy podać trwałość na pokładzie wszystkich odczynników, czyli PT, APTT, Fibrynogen, D-dimer. Każdy parametr wyliczany będzie według podanego wzoru, a ogólna liczba punktów uwzględniana będzie w ocenie oferty przy wzięciu pod uwagę wagi 40% oceny technicznej w całkowitej ocenie ofert.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Biedrach
M. Jankowski
mgr Mirosław Jankowski