

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**dostawę zestawu do cytoskopii do SP ZOZ Siedlce,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji numer 1-9 tj. głowicy kamery do zabiegów urologicznych. Istnienie w jednym pakiecie z pozostałymi elementami głowicy kamery kompatybilnej z posiadanym przez Zamawiającego procesorem wizyjnym serii Exera II i Exera III firmy Olympus ogranicza uczciwą konkurencję uniemożliwiając złożenie oferty na pozostałe elementy wyposażenia do cystoskopii. Jednocześnie wymóg kompatybilności oferowanych płaszczy i optyk z torem wizyjnym nie ma uzasadnienia ani zastosowania w praktyce, ponieważ istnieje znormalizowana dla większości producentów średnica okularu teleskopu/optyki i Zamawiający może wymagać kompatybilności głowicy z posiadanym procesorem, ale nie cystoskopu z torem wizyjnym.
2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji numer 13 równoważnego cystoskopu diagno-stycznego 20 FR z obturatorem i z kanałem narzędziowym 7 FR
3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji numer 15 równoważnych kleszczy chwytających, giętkich, 7Fr, długość 400mm
4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji numer 16 równoważnych kleszczy biopsyjnych, giętkich, 7Fr, długość 400mm
5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji numer 19 równoważnego płaszczka cystoskopu 22 Fr z dziobem, z obturatorem,
6. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji numer 20 równoważnego obturatora optycznego do płaszczka 22Fr.
7. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji numer 24 równoważnej optyki typu Hopkins, kąt patrzenia 12 stopni, długość 300mm, średnica 4 mm, kompatybilnej z oferowanymi płaszciami, w zestawie perforowana rurka ochronna - 1 szt

8. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji numer 25 równoważnej optyki typu Hopkins, kąt patrzenia 30 stopni, długość 300mm, średnica 4 mm, kompatybilnej z oferowanymi płaszczami, w zestawie perforowana rurka ochronna - 1 szt.
9. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji numer 26 równoważnej optyki typu Hopkins, kąt patrzenia 70 stopni, długość 300mm, średnica 4 mm, kompatybilnej z oferowanymi płaszczami, w zestawie perforowana rurka ochronna - 2 szt.
10. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji numer 27 równoważnego światłowodu o średnicy 3,5 mm, o długości 300 cm, w komplecie z adapterem do źródła światła posiadanego przez Zamawiającego - 2 szt.
11. dotyczy: SIWZ, rozdz. 8 pkt. 8.3, ppkt. 1) poz. 2 tabeli 'Wymagany dokument' oraz §3 ust. 5 wzoru umowy:  
Czy w przypadku zaoferowania produktu (szczoteczki do czyszczenia z poz. 12, 18, 23), który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, a stanowi wyposażenie wyrobu medycznego, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ, rozdz. 8 pkt. 8.3, ppkt. 1) poz. 2 tabeli 'Wymagany dokument' SIWZ oraz §3 ust. 5 wzoru umowy?
12. dotyczy: §6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy:  
a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu §6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy na: „w wysokości 50 zł, za każdy dzień roboczy zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, oraz w wykonaniu zgłoszenia gwarancyjnego (rozumianego jako przyjęcie zgłoszenia i przesłanie na koszt wykonawcy uszkodzonego przedmiotu zamówienia do siedziby autoryzowanego serwisu wykonawcy) licząc po 48 godzinach w dni robocze od zawiadomienia Wykonawcy, chyba, że Wykonawca w terminie 3 dni roboczych zapewni sprzęt zastępczy, który zagwarantuje ciągłość pracy Pracowni Endoskopowej”
13. dotyczy §7 ust. 3 wzoru umowy:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas reakcji serwisu był rozumiany jako przyjęcie zgłoszenia i przesłania uszkodzonego przedmiotu umowy do siedziby autoryzowanego serwisu wykonawcy?
14. dotyczy §7 ust. 4 wzoru umowy:  
Prosimy aby termin naprawy gwarancyjnej liczony był nie od dnia zgłoszenia, ale od dnia przesłania sprzętu na koszty wykonawcy do jego autoryzowanego serwisu.  
Ze względu na specyfikę obsługi sprzętu i konieczność przeprowadzenia specjalistycznych badań, przy pomocy dedykowanych urządzeń diagnostycznych, naprawa jest możliwa jedynie w serwisie firmy Olympus. Dlatego w ramach standardu obsługi serwisowej oferujemy bezpłatny transport kurierem urządzenia do i z serwisu; dostarczamy również wypełnione listy przewozowe. W związku z tym wizyta serwisanta byłaby bezcelowa

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

*Ad. 1*

*Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytający nie przedstawił żadnych argumentów potwierdzających, iż oferowany przez niego sprzęt będzie kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego procesorem wizyjnym.*

*Ad. 2 – 9*

*Tak.*

Ad. 10

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytający nie przedstawił żadnych argumentów potwierdzających, iż oferowany przez niego sprzęt będzie kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego procesorem wizyjnym.

Ad. 11

Tak.

Ad. 12

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 13 – 14

Tak.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Siedlcach  
mgr *Aleksander Leśkiewicz*