

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

sukcesywne dostawy leków oraz materiałów opatrunkowych do SP ZOZ Siedlce,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Dotyczy Zadania nr 13 pozycja 56

Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunków Woundclot oparty na technologii siatki hemostatycznej otrzymanej w wyniku nieutleniającej reakcji chemicznej wykorzystującej celulozę do budowania zaawansowanych grup funkcyjnych, stosowany na obfite krwawienia, który zapobiega dysocjacji w kontakcie z krwią, co wpływa na stabilność skrzepu, nie wymagający mocnego ucisku i chroniony Stenożą. Zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500 % jego własnej wagi. Pełna bio-przyswajalność w czasie nie dłuższym niż 7 dni.

2. Dotyczy Zadania nr 13 pozycja 56

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany w kartonie, które zawiera 20 saszetek (saszetka zawiera 2 opatrunki o wym 5 x 5 cm) z przeliczeniem zamawianej ilości.

3. Dotyczy Zadania nr 13 pozycja 56

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na na wydzielenie pozycji 56 z zadania nr 13 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji ?

4. Dotyczy Zadania nr 24 pozycja 4, 9 i 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na na wydzielenie pozycji 4, 9 i 10 z zadania nr 24 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji ?

5. Dotyczy Zadania nr 24 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 17 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apriogenny kompletny do implantacji, w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18G x 7 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12FR x 10 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniecyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) ?

6. Dotyczy Zadania nr 24 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Cytrynian sodu 13% (100 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1 g - cytrynian sodu jednowodny 10,36 g - woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml. Elektrolity (mmol/l): Na⁺ 1352 - Citrate³⁻ - 500, stosowany w połączeniu z hemodializą (HD) lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT) do prowadzenia plazmaferezy, aferezy LDL jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego ?

7. Dotyczy Zadania nr 1 pozycja 82

Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Lock (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5 ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienie, pacjenci z HIT), zastosowanie środków trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne ?

8. Zadanie 44 poz. 6:

Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw, w którym serweta w rozmiarze 260 x 150 cm wyposażona jest w samoprzylepne wycięcie w rozmiarze 20 x 65 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

9. Zadanie 46 poz. 1:

Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

- a. 4 x ręczniki 30x40 cm, wykonane z chłonnej, wzmacnianej włókniny celulozowej o gramaturze 60g/m²
- b. 1 x osłona na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm warstwa chłonna wykonana z chłonnej włókniny polipropylenowej o wymiarach 75 x 85 cm
- c. 1 x serweta przeznaczona do owinięcia noworodka o wymiarach 90 x 100 cm
- d. serweta główna w kształcie litery "T" 260/200 cm x 335 cm wyposażona w samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 14 cm x 20 cm otoczony folią chirurgiczną, oraz taśmą samoprzylepną na węższych bokach otworu, zintegrowaną torbę na płyny z możliwością podłączenia drenu i sztywniki.
- e. 1 x serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu), min. rozmiary warstwy chłonnej 70 x 190 cm

Dotyczy pozycji " d " - serweta powinna być wykonana z laminatu 2-warstwowego

(włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Serweta powinna spełniać wymagania normy PN EN 13795 wymagania wysokie (na całej powierzchni serwety), być odporna na penetrację płynów i mikroorganizmów, wytrzymała na wypychanie na mokro > 260 kPa, szybkość absorpcji (spływ cieczy) 80% (badane według ISO 9073-11) , klej umożliwiający swobodne odklejenie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału. Serweta powinna posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramu, oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką. Taśma samoprzylepna o szerokości min. 5 cm wyposażona w "fingerlifty"

Zestaw e powinien posiadać naklejki (min. 2 szt.) pozwalające na identyfikację zużytego produktu z możliwością wklejenia np. do protokołu operacyjnego. Naklejka powinna zawierać: numer ref, lot, datę ważności i nazwę producenta?

10. Czy Zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 13 poz. 47 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego?

11. Czy Zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 13 poz. 47 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

12. Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 13 poz. 46 wycenę 16,67 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie

Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego?

13. Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 13 poz. 45 wycenę 41,67 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego?

14. Do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na załączenie do dokumentacji przetargowej oświadczenia Wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu oferowanych wyrobów medycznych.

15. Do Zadania 34 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o wymiarach 38cm x 25cm z powierzchnią lepłą 28cm x 25cm, ultra cienką (0,025 mm), wykonaną z poliestru, niepalną, antystatyczną, hipoalergiczną.

Prośbę swą motywujemy oświadczeniem otrzymanym od producenta folii, w którym informuje nas o wycofaniu z produkcji folii w rozmiarze 29cm x 25cm i powierzchni lepnej 19cm x 25cm.

Zaoferowana przez nas folia jest produktem zamiennym i najbardziej zbliżonym rozmiarowo do folii opisanej w SIWZ, a jej dopuszczenie umożliwi złożenie oferty na pozostały asortyment w Pakiecie.

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 30 pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

17. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 30 w pozycji 6 plaster opatrunkowy w rozmiarze 15 cm x 8 cm – pozostałe parametry bez zmian? Pozytywna odpowiedź umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

18. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 30 w pozycji 8 plaster opatrunkowy w rozmiarze 7 cm x 8 cm – pozostałe parametry bez zmian? Pozytywna odpowiedź umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

19. Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym leki/141/2016 w pakiecie (zadaniu) Zadanie 11, w pozycji 123 dotyczącej "Saccharomyces boulardi, 250 mg, kaps x 10 szt." dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin Enteric box (10 blistrów x 15 kapsulek - z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania) producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy.

20. Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym leki/141/2016 w pakiecie (zadaniu) Zadanie 11, w pozycjach 195 oraz 196, w pakiecie (zadaniu) Zadanie 12, w pozycji 156 oraz pakiecie (zadaniu) Zadanie 13, w pozycji 62 dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsulek producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy.

21. Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 dopuści lek Cefazolin-MIP 2g z jednoczesnym przeliczeniem ilości?

22. Dotyczy pakietu nr 27 poz. 1, 4, 6

Czy Zamawiający dla pozycji 1,4,6 wyraża zgodę na odrębną wycenę smoczka np. jako pozycja 1a, 4a, 6a? Smoczek i mleko określa różna stawka VAT, co nie pozwala na ich prawidłową łączną wycenę.

23. Dotyczy pakietu 27 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę mleka, mleko w płynie przeznaczone dla niemowląt z małą i bardzo małą urodzeniową masą ciała Bebilon Nenatal, dostępnego w buteleczkach o pojemności 70 ml?

24. Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym zadania 23

Czy wyrażą Państwo zgodę na zaferowanie w :

Pozycji 5 Perindopril arginine , Indapamide (2,5 mg + 0,625 mg)x 90 tabl zamiast
Perindopril erbumine , Indapamide (2,5 mg + 0,625 mg)x 90 tabl

Pozycji 6 Perindopril arginine , Indapamide (5 mg + 1,25 mg)x 90 tabl zamiast
Perindopril erbumine , Indapamide (5 mg + 1,25 mg)x 90 tabl

25. Czy Zamawiający wyłączy z Zadania nr 25: pozycję 25 (Stężony roztwór fosforanu potasowego i sodowego oraz wodorotlenku potasowego przeznaczony do podawania z roztworami do wlewów inj. 20 ml x 10 fiolek - 35 op.), wraz z utworzeniem osobnego pakietu, który będzie zawierał w/w pozycje ?

26. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 134 dopuści (tak jak w latach poprzednich) preparat sevofluranu 250 ml wyposażony w system wlewowy Dreager Fill tj adapter wielokrotnego użytku (adapter nakręcony na butelkę, stanowi szczelny bezpośredni system napełniania parownika umożliwiający bezpieczne uzupełnianie parowników), wraz z bezpłatnym użyczeniem parowników firmy Dreager kompatybilnych z systemem i aparatami do znieczulenia w ilości wymaganej przez Zamawiającego?

27. Prosimy o dopisanie do §2 ust.7 projektu umowy: "...zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych".

28. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu farmaceutycznego w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisów §1 ust.1 i §3 ust.5 projektu umowy)?

29. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał, w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1 /in fine/ ustawy Prawo zamówień publicznych, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §3 ust.7 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

30. Do treści §3 ust.5 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 Kodeksu cywilnego: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

31. Do treści §4 ust.3 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy.

32. Do treści §6 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 Kodeksu cywilnego: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 – 7

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 8

Tak.

Ad. 9 – 13

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 14

Tak. Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

Ad. 15

Tak.

Ad. 16 - 21

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 22 – 24

Tak

Ad. 25

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 26

Tak.

Ad. 27

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 28

Tak. Jeżeli wystąpienie opisanych okoliczności, dany produkt zostanie wyłączone z umowy.

Ad. 29 - 32

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach
mgr inż. *W*roslaw Leśkiewicz