

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

dostawy nici i siatek chirurgicznych do Szpitala SP ZOZ Siedlce,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Czy zamawiający w Zadaniu 2 gdziekolwiek mowa o szwach o długości 70 cm, dopuści szwy o długości 75 cm?

2. Czy zamawiający w Zadaniu 2 zamiast produktów wskazanych w formularzu cenowym dopuści szwy o następujących parametrach: Szew wchłaniający, syntetyczny, złożony z glikolidu i laktyny, pleciony, powlekany mieszką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na stępienie i zginanie, czas podtrzymywania tkankowego 28 - 35 dni.

Zdolność podtrzymywania według norm USP i EP:

Bezpośrednio po wszczęciu -140%

po 14 dniach - 80%,

po 21 dniach - 30%.

Czas całkowitej absorpcji 56 - 70 dni."

3. Czy zamawiający w Zadaniu 2 pozycja 8 dopuści szew o długości 5x75 cm (zamiast 4x70cm)/

4. Czy zamawiający w Zadaniu 2 pozycja 13 dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną o długości 19mm (zamiast odwrotnie tnąca 19 mm z zakończeniem micro- point - plastyczno/ kosmetyczną)?

5. Czy zamawiający w Zadaniu 2 pozycja 14 dopuści igłę okrągłą przyostrzoną o długości 26mm, 1/2 koła (zamiast: igła progresywna o zakończeniu krótkim tnącym 24 mm), szew o długości 75 cm (zamiast 120 cm), w przypadku braku zgody proszę o przeniesienie pozycji do odrębnego Zadania?

6. Czy zamawiający w Zadaniu 2 pozycja 16 z uwagi na grubą nić, wymaga szwu na igle wzmocnionej?

7. Czy zamawiający w Zadaniu 8 pozycja 4 przez igłę easyblack rozumie igłę o zwiększonej widoczności w polu operacyjnym?

8. Czy zamawiający w Zadaniu 8 pozycja 5 dopuści szew na igle okrągłej wzmocnionej, szew o długości 75 cm (zamaist 90 cm)?

9. Czy zamawiający w Zadaniu nr 8 dopuści szwy pakowane w odpowiedni sposób, aby zmniejszyć efekt pamięci nitki po wyjęciu z opakowania, bez oznaczenia RacePack, które jest nazwą własną?

10. Czy zamawiający wymaga, aby w Zadaniach 12 - 16 w kolumnie Producent podać również nr katalogowy produktu, który ułatwi jego identyfikację?

11. Czy zamawiający w Zadaniu 14 zamiast produktu wskazanego w formularzu cenowym dopuści: Lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa siatka do plastyki przepuklin, gramatura 46g/m², wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm. Rozmiar siatki 15x15 cm?

12. Dotyczy Zadania nr 1

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłaniającą nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczęcia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczęcia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

13. Dotyczy Zadania nr 1, 2

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm, również długość 75 cm?

14. Dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli(glikolidu-co-L-Laktydu (90/10), powlekanie w równych częściach mieszanką poli(glikolidu-co-L-Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia, wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 35 dni, (po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25%)?

15. Dotyczy Zadania nr 2, poz. 8

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycjach odstąpi od wymogu igły odczepianej? W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

16. Dotyczy Zadania nr 8

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w zadaniu dopuści szwy monofilamentowe polipropylenowe, niewchłaniające, bez dodatku polietylenu, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.1 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300, pozostałe parametry bez zmian?

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 poz.1 również na nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 5 pozycji poz. 8 i 9 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 o długości 26mm z nicią 75cm lecz bez opisu katalogowego "z zakończeniem micro-piont"i bez dwukolorowych koralików, pozostałe parametry bez zmian?

20. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Zadania nr 5 pozycje 8 i 9?

21. Dotyczy Zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 8 nić monofilamentową, polipropylenową, szew naczyniowy ?

22. Dotyczy Zadania nr 8, Pozycji nr 1 i 4

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 8, Pozycjach nr 1 i 4 igłę o długości 18 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

23. Dotyczy Zadania nr 8, Pozycji nr 5

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 8, Pozycji nr 5 igłę o długości 40 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

24. Dotyczy Zadania nr 14

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 14 siatkę polipropylenową o wadze 45 g/m², grubości 0,4 mm oraz wielkości porów 1,1 x 1,2 mm, pozostałe parametry bez zmian?

25. Zadanie nr 13, Poz.1

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji nr 1 z zadania nr 13 i utworzenie dla niej odrębnego pakietu.

26. Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie najnowszej generacji igły kosmetycznej Xflex przy zachowaniu pozostałych parametrów?

27. Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

28. Pakiet nr 5, pozycja 8, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły kosmetycznej o długości 26mm z nitką 75cm bez klipsów?

29. Pakiet nr 5, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej dwuwklęsłej bez klipsów?

30. Pakiet nr 5, pozycja 8, 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł z mikroostrzem o czterech krawędziach tnących bez klipsów?

31. Pakiet nr 5, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów skórnych (z podziałką 10, 20 zszywek), zszywka 7,2 x 4,9mm lub 5,9 x 3,9mm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1

Tak.

Ad. 2 - 6

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 7

Tak.

Ad. 8

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 9

Tak.

Ad. 10

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 11

Tak.

Ad. 12 - 24

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 25

Tak. Zamawiający wyłącza pozycję nr 1 z zadania nr 13 i tworzy dla niej odrębne Zadanie nr 17.

Ad. 26 - 31

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach
mgr *Robert Misiak*
mgr *Włodzisław Leśkiewicz*