

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na:

dostawy rękawic medycznych, drobnego sprzętu j.u., materiałów do sterylizacji, drobnego sprzętu laboratoryjnego j.u. oraz aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania krwi,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 13 w pozycji 1 i 2 dopuści rurki ze znacznikiem głębokości w postaci pierścieni spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?
2. Czy Zamawiający w Pakiecie 13 w pozycji 7 dopuści rurkę tracheostomijną wykonaną z tworzyw termoczułych , dopasowujących się do anatomii pacjenta, z odsysaniem z nad mankietu roz. 7-9 ?
3. Czy Zamawiający w Pakiecie 13 w pozycji 10 dopuści przewodnice w trzech rozmiarach dedykowane dla rurek z zakresów: 2.5-4.5, 4.0 – 6.0 i powyżej 5.0 ?
4. Czy Zamawiający w Pakiecie 22 w pozycji 1 dopuści sterylną wodę do nawilżania pacjenta o pojemności 500ml, dedykowaną do przepływomierzy, z możliwością użycia do nebulizacji ciepłej i zimnej oraz aktywnych nawilżaczy , zamkniętą w plastikowym pojemniku, z końcówką adaptującą (sterylną) w komplecie, okres stosowania do 77 dni od otwarcia u różnych pacjentów, oświadczenie Producenta o czasie stosowania dołączone do oferty?
5. Czy Zamawiający w Pakiecie 47 w pozycji 1 w odniesieniu do technologii Oximax, oczekuje czujników w technologii OxiMax, kalibrowanych cyfrowo zapewniających dokładność LoSat +/- 3 cyfry w zakresie 60%-80%. ?
6. Pakiet nr 23, poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów w rozmiarze L o gramaturze 25 g/m kw.?
7. Pakiet nr 23, poz. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów w rozmiarze L o gramaturze 30 g/m kw.?
8. Pakiet nr 23, poz. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do odrębnego pakietu?
9. Pakiet nr 23, poz. 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów o wymiarach 75 x 125 cm?

10. Dotyczy upoważnienia

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

11. Dotyczy zamówień telefonicznych

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od możliwości składania zamówień telefonicznie. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą, co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji

12. Wadium

Prosimy o potwierdzenie terminu wpłaty wadium.

13. Dotyczy § 5 ust. 1a wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację w/w zapisu na: w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 – 3

Tak.

Ad. 4

Tak, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości wymaganych przez Zamawiającego.

Ad. 5

Zgodnie z SIWZ

Ad. 6 – 7

Tak.

Ad. 8 - 9

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 10 – 11

Tak.

Ad. 12

Termin wniesienia wadium: do 29.02.2016r do godziny 11:00

Ad. 13

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.