

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: drobny sprzęt ju/133/2016/7

Siedlce dnia: 2016-02-05

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

dostawy rękawic medycznych, drobnego sprzętu j.u., materiałów do sterylizacji, drobnego sprzętu laboratoryjnego j.u. oraz aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania krwi,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Dotyczy SIWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z doprecyzowaniem, do których pakietów i pozycji będzie wymagał do dołączenia katalogów i próbek.

2. Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników foleya z zastawką lateksową spełniającą resztę postawionych wymagań w SIWZ.

Cewniki opisane w tej pozycji posiadają tylko zastawkę lateksową nie występują z zastawką plastikową. W razie odmownej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu.

3. Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników foleya z balonem 30 ml spełniającego resztę postawionych wymagań SIWZ..

Prośbę swą kieruję, ponieważ nikt na rynku Polskim ani Europejskim nie produkuje cewników foleya z tak dużymi balonami. W razie odmownej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu.

4. Dotyczy pakietu nr 17 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do karmienia z końcówką lauer. Prośbę swą kieruję ponieważ nikt na rynku Polskim ani Europejskim nie produkuje cewników do karmienia lauer lock.

5. Dotyczy pakietu nr 18 poz. 38 i 39

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. W tej chwili układ pakietu faworyzuje jednego dostawcę.

6. Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem 210 cm o wysokiej koncentracji tlenu z workiem z zaworem jednokierunkowym?

7. Pakiet nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu i dłoni 0,07mm ($\pm 0,03$ mm)?

8. Pakiet nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zaoferowania rękawic zgodnych z normą EN 374?

9. Pakiet nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcach 0,18mm, grubości na dłoni 0,14mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

10. Pakiet nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcach 0,08mm $\pm 0,01$ mm, grubości na dłoni 0,07mm $\pm 0,01$ mm, pakowane a'200 szt. (roz. S-L) oraz a'180 szt. (roz. XL) z przeliczeniem ilości na 50 opakowań, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

11. Pakiet nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice z teksturą na palcach, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

12. Pakiet nr 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o powierzchni zewnętrznej antypoślizgowej, równoważnej do mikrotekstury, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

13. Pakiet nr 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,32mm, w części dłoniowej 0,31mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

14. Pakiet nr 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści rękawice niezróżnicowane na prawą i lewą dłoń, pakowane a'50 szt., spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

15. Pakiet nr 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze niebieskim?

16. Pakiet nr 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,18mm, na dłoni 0,14mm na mankiecie 0,11mm?

17. Pakiet nr 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające AQL 1,5 natomiast nie posiadające tej informacji na opakowaniu?

18. Pakiet 1 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z Zapytaniem czy w powyższej pozycji dopuści rękawice winylowe bezpydrowe dostępne w kolorze przezroczystym o grubościach zapewniających bardzo dobrą chwytność i wrażliwość dotyku, tj.:

Palec: 0,10-0,11 mm, Dłoń: 0,08 mm, Mankiet: 0,06 mm

19. Pakiet 1 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z Zapytaniem czy w powyższej pozycji dopuści rękawice o grubości na dłoni nieznacznie różniące się od tej wymaganej przez Zamawiającego tj 0,08mm. Taka grubość

zapewnia wrażliwość dotyku przy jednoczesnej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

20. Pakiet 1 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych a'200 sztuk. Umożliwi to złożenie oferty na ten sam produkt w korzystniejszej dla Zamawiającego cenie.

21. Pakiet 1 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic nie będących wyrobem medycznym? Rękawice te ze względu na swoje przeznaczenie nie mają obowiązku rejestracji jako wyrobów medycznych.

22. Pakiet 1 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zgodności z pełną normą EN 374 (wodorotlenek sodu 40%) i dopuszczenie rękawic zgodnych z normą EN 374-1, 2. Prośbę swoją motywujemy zaferowaniem rękawic konkurencyjnych cenowo. Rękawice zgodne dodatkowo z 374-3 są rękawicami droższymi, ze względu na koszty związane z badaniami. W przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny - 95% stanowi cena dlatego też prosimy o przychylnie ustosunkowanie się do prośby. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

23. Pakiet 26

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu widocznej przed rozłożeniem metki z rozmiarem. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

24. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości Wykonawców do przedłożenia dokumentów dopuszczających oraz próbek zaferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy dany Wykonawca nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp).

25. Czy Zamawiający aby mieć pewność, że zaferowany sprzęt posiada odpowiednie atesty i certyfikaty mógłby wprowadzić do specyfikacji zapis mówiący o złożeniu odpowiednich dokumentów w ofercie przetargowej? Jest to korzystne dla Zamawiającego, gdyż już na etapie badania oferty przetargowej Zamawiający będzie mógł stwierdzić czy zaferowany produkt jest faktycznie dopuszczony do obrotu.

26. Pakiet 6: Poz.1 i 3:

Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule, tak jak obecnie stosowane, mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

27. Pakiet 21:Poz.2 (3).

Prosimy o dopuszczenie zaferowania maski tlenowej z drenem o długości min. 210cm, spełniającą pozostałe wymogi siwz.

28. Pakiet nr 25 poz. 1

Czy zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²? Materiał wzmocnienia: włóknina polipropylenowa i mikroporowata folia polietylenowa o gramaturze 28 g/m². Odporność na przenikanie cieczy w obszarze wzmocnionym 115 cm H₂O. Kolor zielony, krój prosty, oznaczenie rozmiaru w postaci naklejki. Fartuch jest wyposażony w troki

wewnętrzne i zewnętrzne z kartonikiem. Fartuch zawinięty w papier krepowy rozm. 52x52cm, z dwoma chłonnymi ręcznikami celulozowe 30x20cm. Na opakowaniu znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające dane wytwórcy, nr katalogowy, numer serii LOT, datę ważności, nazwę producenta. Na opakowaniu jednostkowym brak jest piktogramu potwierdzającego, że zestaw nie zawiera lateksu oraz wskaźnika sterylizacji.

29. Pakiet nr 26 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowego kompletu chirurgicznego, bluza z wycięciem w serek z lamówką pod szyją? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1

Próbki na każde wezwanie Zamawiającego, zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 7.5 ppkt 2. Karty katalogowe należy dołączyć do każdej oferowanej pozycji, zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 7.4 ppkt 1.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza.

Ad. 3

Zamawiający nie wyraża zgody. Na rynku są dostępne cewniki z balonem o pojemność większej niż 30 ml.

Ad. 4

Tak.

Ad. 5

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia nie wskazuje na żaden konkretny model ani też na określonego producenta.

Ad. 6

Tak.

Ad. 7 – 8

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 9

Tak.

Ad. 10 -11

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 12 – 14

Tak.

Ad. 15

Tak. Ilość w pozycji nr 7 to 500 szt.

Ad. 16 – 21

Tak.

Ad. 22 - 23

Zamawiający odstępuje od tych wymogów.

Ad. 24

Tak. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 25

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 26

Zamawiający dopuszcza takie opakowanie.

Ad. 27

Tak.

Ad. 28

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 29

Tak.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozestane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

DYREKTOR
Samodzielny Wydział
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Słupsku
mgr Mirosław Łaskowicz

Samodzielny Wydział
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Słupsku
mgr Mirosław Łaskowicz