

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: siatki/87/2015/3

Siedlce dnia: 2015-01-26

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

dostawę siatek chirurgicznych do SP ZOZ Siedlce,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pakiet nr 2

1. Czy zamawiający dopuści w pozycji 2 siatkę przepuklinową, przezroczystą, o grubości 0,51 mm, gramaturze 48 g/m², porowatości 88 %, średnicy nici 120 µm, wykonana z warstwy polipropylenowo monofilamentowej o wielkości oczek 0,46 mm oraz z warstwy niewchłanialnej z możliwością bezpośredniego położenia na jelita, wykonanej z folii polipropylenowej, o grubości 0,05 mm oraz właściwościach antyadhezyjnych. Siatka owalna w rozmiarze 10 x 15cm.
2. Czy zamawiający dopuści w pozycji 3 siatkę przepuklinową, przezroczystą, o grubości 0,51 mm, gramaturze 48 g/m², porowatości 88 %, średnicy nici 120 µm, wykonana z warstwy polipropylenowo monofilamentowej o wielkości oczek 0,46 mm oraz z warstwy niewchłanialnej z możliwością bezpośredniego położenia na jelita, wykonanej z folii polipropylenowej, o grubości 0,05 mm oraz właściwościach antyadhezyjnych. Siatka okrągła o średnicy 12cm.
3. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 2 i 3 do odrębnego pakietu.

Pakiet nr 1

4. Czy zamawiający zamiast produktu wskazanego w Pakiecie 1 pozycja 1 dopuści:
Siatka antyadhezyjna z wchłanialną błoną kolagenową, poliestrowa , multifilamentowa 3D, wchłanialna błona wystaje 5mm nad krawędzią siatki wzmacniającej , waga 78g/m², grubość 1,7mm ,rozmiar pora (WxH =2,0 x 4,8)Rozmiar: 15cm x 20 cm.
lub
Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m². Rozmiar: 15x20cm.

5. Czy zamawiający zamiast produktu wskazanego w Pakiecie 1 pozycja 2 dopuści:

Siatka antyadhezyjna z wchłanialną błoną kolagenową, poliestrowa , multifilamentowa 3D, wchłanialna błona wystaje 5mm nad krawędzią siatki wzmacniającej , waga 78g/m², grubość 1,7mm ,rozmiar pora (WxH =2,0 x 4,8) Rozmiar: okrągła o średnicy 15cm lub okrągła o średnicy 20 cm.

lub

Elastyczna, transparentna, kompozytowa siatka do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składająca się z niewchłanialnych monofilamentowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych błoną zapobiegającą powstawaniu zrostów z biowchłanialnego kolagenu hydrofilowego. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze zielonym, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 66 g/m². Rozmiar: okrągła o średnicy 15 cm lub prostokątna w rozmiarze 15x10cm.

6. Czy zamawiający zamiast produktu wskazanego w Pakiecie 1 pozycja 3 dopuści:

Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych z 30 wchłanialnymi wkrętami , wysokość aktywna 4,1mm , średnica aplikatora 5mm, długość 36cm.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 – 2

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Ad. 3

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie tych pozycji do odrębnego pakietu.

Ad. 4-6

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach
Mirosław Leśkiewicz
mgr Mirosław Leśkiewicz