

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: gazymed/95/2015/5

Siedlce dnia: 2015-03-24

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-03-23 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

sukcesywne dostawy gazów medycznych,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie do pakietu nr 1

1. Czy w pozycji Tlen medyczny, butla 1,08 m3 Zamawiający wymaga dostaw tlenu medycznego w butli z zaworem zintegrowanym?

Pytania do pakietu nr 2

1. Czy Zamawiający wymaga aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany zawór dozujący, nie wymagał konieczności dokonywania jego przeglądu i serwisu podczas całego okresu trwania umowy z Zamawiającym na potwierdzenie czego Wykonawca winien dołączyć do oferty szczegółową instrukcję obsługi producenta.

3. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany zawór wydechowym, uniemożliwiał powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego, eliminując potencjalne zagrożenie zakażeń bakteryjnych i wirusowych zaworu dozującego na potwierdzenie czego Wykonawca winien dołączyć do oferty szczegółową instrukcję obsługi producenta.

4. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie do podawania mieszaniny wyposażone było w zawór wydechowy jednorazowego użycia nie dopuszczając jednocześnie urządzeń, w których użyty zawór dozujący nie eliminuje konieczności jego dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu, na potwierdzenie czego Wykonawca winien dołączyć do oferty Wykonawca winien dołączyć do oferty szczegółową instrukcję obsługi producenta.

5. Czy Zamawiający wymaga aby zawór dozujący do podawania mieszaniny, które zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji zawartymi w instrukcji obsługi producenta, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty, nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, stwarzając potencjalne zagrożenie obniżenia jego

wydajności, uszkodzenia oraz związanych z tym kosztów naprawy jak również konieczności wykonania dodatkowych czynności przez personel medyczny. Powyższe winno zostać potwierdzone szczegółową instrukcją obsługi producenta.

6. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie do podawania mieszaniny oraz wszystkie jego części składowe nie zawierały ftalanów, na potwierdzenie czego Wykonawca dołączy do oferty certyfikat lub inny dokument wystawiony przez producenta.

7. Czy Zamawiający, w celu umożliwienia identyfikacji oferowanego zaworu dozującego, wymaga oświadczenia określającego ich producenta, nazwę własną, numer katalogowy oraz dołączenia do oferty szczegółowej instrukcji obsługi zaworu dozującego? Będzie to miało na celu sprawdzenie na etapie weryfikacji ofert czy dany przedmiot zamówienia spełnia wymogi przedstawione przez Zamawiającego.

8. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane części jednorazowe (zawór wydechowy) był przeznaczony do podawania mieszaniny gazowej 50/50 tlen i podtlenek azotu, na potwierdzenie czego Wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenie producenta w/w części.

9. Czy Zamawiający mając na uwadze zabezpieczenie się przed ponoszeniem dodatkowych i nieuzasadnionych kosztów (nie ujętych w cenie za przedmiot niniejszego zamówienia), a związanych z koniecznością dokonywania procesu dezynfekcji zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazowej pacjentowi, wymaga aby przedmiotem oferty był zawór dozujący który zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji (zawartymi w szczegółowej instrukcji obsługi producenta) nie wymagał ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, stwarzając potencjalne zagrożenie jego uszkodzenia, obniżenie jego wydajności, utraty gwarancji oraz związanych z tym kosztów naprawy i na potwierdzenie tego faktu Wykonawca dołączył do oferty szczegółową, wydaną przez producenta instrukcję obsługi zawierającą tę informację.

10. Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów podczas aplikowania mieszaniny gazów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania tej mieszaniny zawór wydechowy zaopatrzony w uszkiełko uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego bez konieczności stosowania dodatkowych filtrów eliminując tym samym dodatkowe i nieuzasadnione koszty.

11. Czy Zamawiający wymaga aby zawór zintegrowany, miał status wyrobu medycznego i na potwierdzenie w/w informacji wykonawcy złożyli odpowiednie dokumenty wystawione przez producenta.

12. Wnosimy o stworzenie w pakiecie nr 2 dodatkowej pozycji pn. dzierżawa zaworu zintegrowanego (dozującego) do mieszaniny nitrus oxide 50% + oxygen 50% w butli 2,8 m3 z określeniem ilości jaką Zamawiający zamierza dzierżawić przez okres trwania umowy.

Pytania do umowy

1. Prosimy o zmianę paragrafu 1 w punkcie 3.9 na treść zaproponowaną poniżej:

§ 1

3.9 Maksymalny czas reakcji serwisu (rozpoczęcia naprawy w szpitalu) w razie awarii max do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego faksem. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zgłoszenia awarii przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku.

2. Prosimy o zmianę paragrafu 9 w punkcie 1 b na treść zaproponowaną poniżej:

§ 9

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10 % od niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, z zastrzeżeniem okoliczności o których mowa w § 6 umowy.

b) w wysokości 0,2 % wartości umowy (§ 3 ust. 3) zamówienia, co do którego wykonawca popadł w zwłokę za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie zamówienia określonego w § 2 ust. 2 umowy.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. Pytanie do pakietu nr 1

Tak.

Ad. Pytań do pakietu nr 2

Nr 1 – 11

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza opisane rozwiązania.

Nr 12

Nie. Koszt ewentualnej dzierżawy zaworu należy wliczyć w koszt dzierżawy butli.

Ad. Pytań do umowy

Tak. Zamawiający zmienia zapisy umowy w § 1 pkt. 3.9 oraz § 9pkt. 1b, które otrzymują, odpowiednio, następujące brzmienie:

„§ 1

3.9 Maksymalny czas reakcji serwisu (rozpoczęcia naprawy w szpitalu) w razie awarii max do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego faksem. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zgłoszenia awarii przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku.”

„§ 9

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10 % od niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, z zastrzeżeniem okoliczności o których mowa w § 6 umowy.

b) w wysokości 0,2 % wartości zamówienia, co do którego wykonawca popadł w zwłokę, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie zamówienia określonego w § 2 ust. 2 umowy.”

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach
mgr Mirosław Teśkowiak

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
i Zapamiętania
Robert Misiak