

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: dezynfekcja/286/2019/5

Siedlce dnia: 2019-10-30

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

dostawa środków dezynfekcyjnych,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1 - Dotyczy pak. nr 1 poz. 6 - W związku z wycofaniem przez producenta preparatu na bazie aldehydu glutarowego Seku Ekstra. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu w koncentracji do dezynfekcji i mycia instrumentarium medycznego z metalu, także niklowanych i aluminiowych, tworzyw sztucznych, szkła itp. endoskopów. Bez: aldehydów, chloru, fenoli, pochodnych benzenu, alkoholi, czwartorzędowych związków amonowych (QAV), aktywnego tlenu. Oparty na substancji nietlotnej glukoprotaminie: Zawierający inhibitory korozji. Przygotowanie roztworu roboczego poprzez dodanie preparatu do wody o temp. nie przekraczającej temperatury pokojowej. Spektrum: B, F, Tbc, wirusy: HIV, HBV, Adeno, Papowa, Vaccinia w czasie 1 godz. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Roztwór roboczy zachowuje stabilność przez 14 dni. Wymagana pozytywna opinia firmy Olympus Optical i Pentaxenie. Opakowanie 6l

Odpowiedź – tak, Zamawiający dopuszcza ww. produkt

Pytanie nr 2 Dotyczy pak. nr 1 poz. 10 - W związku z wycofaniem Sekusept Cleaner, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu myjącego w formie koncentratu do przygotowania endoskopów zapewniający doskonałe właściwości myjące. Zawierający w swoim składzie niejonowe tenzydy myjące, alkaliczne substancje pomocnicze, substancje zapachowe, barwniki. Zapewniający, krótki czas działania - 5 min., usuwający zanieczyszczenia organiczna (krew, śluz, białka, tłuszcze, cukry) oraz nieorganiczna (płyny ustrojowe) z mytego endoskopu. Produkt kompatybilny (tego samego producenta - Sekusept Pure Clean) z produktem z pozycji 1.
*Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie 2 litry.

Odpowiedź – tak, Zamawiający dopuszcza ww. produkt

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.