

Siedlce dnia: 2020-10-07

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: odczynniki/333/2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony na "dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb MLD" – znak sprawy odczynniki/333/2020.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ"):

zapytania do pakietu nr 2

Treść

1. Czy Zamawiający dopuści testy Anty Borrelia IgG -met.Western/Line-Blot, które nie zawierają antygenu p18, natomiast zawierają rekombinowany antygen p17, który ma taką samą masę cząsteczkową i podobne właściwości co p18?
Odpowiedź – zgodnie z SIWZ
2. Czy Zamawiający dopuści testy Anty Borrelia IgM -met.Western/Line-Blot, które zawierają następujące rekombinowane antygeny: VlsE Bg, p83 Ba, p41 Ba, p39 Ba, OspC Ba, OspC Bg, OspC Bs, p44?
Odpowiedź – zgodnie z SIWZ
3. Czy Zamawiający dopuści automatyczny analizator do techniki Blot z oprogramowaniem w wersji angielskiej?
Odpowiedź - tak
4. Czy Zamawiający dopuści automatyczny analizator do techniki Blot bez czujnika poziomego detekcji cieczy?
Odpowiedź- nie

Zamawiający

Sprawę prowadzi – Anna Jastrzębska

STARSZY INSPEKTOR

Anna Jastrzębska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach
mgr Mirosław Leśkiewicz