

Siedlce dnia: 2020-10-19

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: EEG/336/2020

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na "dostawa aparatu EEG" – znak sprawy EEG/336/2020.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ"):

Pyt. 1 pkt.22 Czy Zamawiający dopuści głowicę oferującą optymalny, odpowiadający najnowszym wymaganiom technicznym parametr impedancji wejściowej wynoszący 180 MOHM?

Uzasadnienie: Dopuszczenie pozwoli na radykalne polepszenie parametrów pracy urządzenia oraz pozytywnie wpłynie na jakość pracy systemu, gwarantując jednocześnie najwyższą jakość badań i komfort pracy z systemem

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SIWZ

Zamawiający

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach
mgr Mirosław Leśkiewicz