

Siedlce dnia: 2020-11-12

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: sprzętRehKardio/337/2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na "Dostawa sprzętu medycznego będącego wyposażeniem Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Stacjonarnej i Diennej Szpitala SP ZOZ w Siedlcach, w ramach projektu "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i diennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach". – znak sprawy sprzętRehKardio/337/2020.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ"):

Pytanie nr 5

Dotyczy pakietu 2 - Aparaty EKG

Pytanie 1 (dotyczy punkt 1 tabeli w pakiecie 2)

Prosimy o dopuszczenie zaferowania aparatu z jednoczesną rejestracją 12 kanałów, natomiast opcję rozbudowy rejestracji z 16 odprowadzeń prosimy uwzględnić w tabeli jako opcję punktowaną. Obecny zapis uniemożliwia złożenie oferty różnym Wykonawcom. Ponadto kwestia rozbudowy jest kwestią przyszłościową, ale może nie mieć w ogóle miejsca. Szkoda by z uwagi na niepewny przyszłościowy plan ograniczać składanie ofert innym zainteresowanym do przystąpienia do przetargu firmom.

Pytanie 2 (dotyczy punkt 2 tabeli w pakiecie 2)

Prosimy o odstąpienie od niniejszego parametru. Jeśli zamawiający się nie zgadza prosimy o uzasadnienie co ma dokładnie na myśli w tym punkcie i dlaczego jest to parametr dla Zamawiającego istotny. Jest to dla nas ważne abyśmy mogli zaproponować adekwatne do niniejszego rozwiązanie.

Pytanie 3 (dotyczy punkt 2 tabeli w pakiecie 2)

Co to znaczy EKG okresowe? O jaki konkretnie parametr chodzi Zamawiającemu?

Pytanie 4 (dotyczy punktu 2 tabeli w pakiecie 2)

Prosimy o odstąpienie od niniejszego zapisu i wykreślenie go z tabeli. Na chwilę obecną możliwa wielość interpretacji w przypadku tego punktu spowoduje, że oferty zaproponowane przez Oferentów mogą stać się nieporównywalne, a spełnienie wymagań mogą wykluczać się z intencją Zamawiającego. W celu dbałości o finanse Zamawiającego i Wykonawcy prosimy o dokładne sprecyzowanie i opisanie przedmiotu zamówienia lub o wykreślenie parametrów, które być może nawet nie są znane i potrzebne lekarzom czy osobom, które pracują na tym sprzęcie.

Pytanie 5 (dotyczy punkt 5 tabeli w pakiecie 2)

Prosimy o przemyślenie czy jest to parametr naprawdę potrzebny Zamawiającemu? Czy jest to opcja czy wymóg? Jeśli opcja to prosimy o przekształcenie tego parametru z obligatoryjnego na punktowany.

Pytanie 6 (dotyczy punkt 6 tabeli w pakiecie 2)

Prosimy o doprecyzowanie tego parametru tzn: gdzie ma być widoczna graficzna prezentacja wartości? Czy jest to zapis niezbędny? Jeśli nie - prosimy o jego wykreślenie albo o przekształcenie na parametr punktowany na Tak/NIE.

Pytanie 7 (dotyczy punkt 9 tabeli w pakiecie 2)

Prosimy o dopuszczenie formatów SCP i PDF (czyli SCP zamiast XML) i punktowanie niniejszego za 0 punktów tak jak wynika to z tabeli.

Pytanie 8 (dotyczy punkt 17 tabeli w pakiecie 2)

Czy zapis "akumulatora/akumulatorów" należy interpretować jako akumulatora lub akumulatorów? Posiadanie 2 akumulatorów nie jest obligatoryjne zgodnie z poprzednimi zapisami w tabeli pkt.15 i 16 tabeli parametrów.

Pytanie 9 (dotyczy punkt 21 tabeli w pakiecie 2)

Prosimy o dopuszczenie 7-calowego kolorowego wyświetlacza z rozdzielczością 800x480

Pytanie 10 (dotyczy punkt 15 tabeli w pakiecie 2)

Czy Zamawiający dopuści w ramach niniejszego jako spełnienie parametru aparat z wbudowanym zasilaniem akumulatorowym o pojemności min. 2200 mAh oraz ładowarką, który może być również zasilany sieciowo. Te dwie dostępne opcje powodują, że aparat zawsze będzie miał dostęp do zasilania.

Pytanie 11 (dotyczy punkt 26 tabeli w pakiecie 2)

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od niniejszego wymogu.

Pytanie 12 (dotyczy punkt 7 tabeli w pakiecie 2)

Czy Zamawiający wymaga w tym punkcie automatycznej analizy i interpretacji zależnej np. od wieku pacjenta?

Dotyczy pakietu 4 - Zestaw do całodobowego zapisu EKG metodą Holtera

Pytanie 13 (dotyczy pkt 11 tabeli Rejestrator holterowski EKG 3- i 12-kanałowy)

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Holter EKG ma mieć tylko możliwość współpracy z 4 różnymi kablami czy należy wszystkie 4 kable dostarczyć wraz z rejestratorem?

Pytanie 14 (dotyczy pkt 11 tabeli Rejestrator holterowski EKG 3- i 12-kanałowy)

Czy holter EKG ma być kompatybilny z system holterowskim posiadanym przez Zamawiającego?