

Siedlce dnia: 2021-04-01

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: gazymedyczne/12/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na **"dostawy gazów medycznych do SPZOZ w Siedlcach"** – znak sprawy **gazymedyczne/12/2021**.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Dotyczy wzoru umowy par. 5 ust. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie powyższego zapisu umowy.

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy par. 7 ust. 3

(...) chyba, że szkoda jest spowodowana niewłaściwym napełnieniem lub innymi czynnikami, na które ma wpływ dostawa."

Określenie "inne czynniki" jest pojęciem nieostrym, dlatego prosimy Zamawiającego o jego doprecyzowanie.

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy par. 9 ust. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę powyższego zapisu na:

"Odpowiedzialność Wykonawcy jest ściśle ograniczona do zobowiązań określonych w niniejszej Umowie. W przypadku, w którym Zamawiający udowodni, że poniósł stratę lub szkodę z winy Wykonawcy, Wykonawca odpowiada wyłącznie za bezpośrednie straty materiałowe do łącznej wysokości 5000 PLN, spowodowane wyłącznie jego działaniem lub zaniechaniem."

Pytanie 4

Dotyczy Zadania nr 2 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie butli aluminiowej o pojemności wodnej 11L z mieszaniną tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50%/50%, objętość gazu 3,23 m³ (3230 l), ciśnienie 170 bar. Butla 11l posiada wbudowane w podstawę butli kółka oraz ergonomiczny uchwyt w obudowie zaworu zintegrowanego, co ułatwia jej transport i magazynowanie, a tym samym zapewnia bezpieczeństwo personelu.

Przedstawione przez Zamawiającego informacje wskazują na jednego wykonawcę, co jest sprzeczne z obowiązkiem zachowania uczciwej konkurencji, dlatego też wykonawca proponuje zmiany w tym

zakresie. Dopuszczenie wyżej przedstawionej butli pomoże otrzymać więcej ofert w postępowaniu, a tym samym uzyskać najlepszą możliwą cenę, co jest bardzo istotne dla jednostek budżetowych.

Jednocześnie, ze względu na różne pojemności gazu w butlach 10l i 11l prosimy o wyrażenie zgody na właściwe przeliczenie liczby butli, w celu uzyskania porównywalnych ofert, a mianowicie:

$60 \text{ (ilość butli w formularzu)} \times 2,8 \text{ m}^3 \text{ (objętość gazu)} = 168 \text{ m}^3 \text{ (zapotrzebowanie na gaz w m}^3\text{)}$
 $168 \text{ m}^3 / 3,23 \text{ m}^3 = 52 \text{ butli.}$

Pytanie 5

Dotyczy Zadania nr 2 poz. 1

Prosimy o określenie zapotrzebowania na zawory dozujące do podaży mieszaniny tlenu medycznego/podtlenek azotu medyczny 50%/50%.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów §5 ust. 1. Szpital zamawiającego jest placówką w całości przeznaczoną do walki z COVID19 i regularne dostawy tlenu medycznego są kluczowe dla życia i zdrowia hospitalizowanych pacjentów.

Ad. 2

Zamawiający zmienia zapisy §7 ust.3, które otrzymują brzmienie:

„Zamawiający przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania gazów medycznych spowodowane wyłącznie przez jego personel, chyba że szkoda jest spowodowana niewłaściwym napełnieniem lub innymi czynnikami określonymi w § 8 umowy.”

Ad. 3

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 4

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na proponowany produkt wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Ad. 5

Szacunkowa ilość dozowników jednorazowego użytku do podawania mieszaniny to około 1 500 szt. przez okres 36 miesięcy.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach
mgr Mirosław Leśkiewicz