

Siedlce dnia: 2021-09-03

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"dostawy rękawic medycznych, drobnego sprzętu j.u., materiałów do sterylizacji, drobnego sprzętu laboratoryjnego j.u. oraz aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania krwi"** – znak sprawy **drobny sprzęt j.u./25/2021**.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 29 w pozycji 1 dopuści (dotychczas stosowany przez Zamawiającego) zestaw do drenażu klatki piersiowej o pojemności 2100 ml (wyskalowany co 5 ml w zakresie 0-200 ml i co 10 ml do 2000 ml); z mechaniczną zastawką zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym (bez filtra); zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.
2. Czy Zamawiający w Pakiecie 29 w pozycji 2 (z racji na zmianę dokonaną przez producenta w zestawie dotychczas stosowanym przez Zamawiającego) dopuści zestaw ze strzykawką luer lock 30 ml, z łącznikiem luer lock / stożkowym; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1 i 2

Tak.

Pakiet nr 26.

3. Pozycja 1. - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletów chirurgicznych wykonanych z przewiewnej włókniny polipropylenowej (SMS) o gramaturze 38g/2, uszlachetnionej antystatyczną apreturą. Spodnie posiadają wygodne luźne troczki z prowadnicą w pasie. Tunika z krótkimi rękawami ma okrągły kołnierz i trzy praktyczne kieszenie (dwie na dole bluzy i jedna na piersi). Rozmiary S - XXL. Przy największym rozmiarze XXL dla bluzy (szerokość bluzy 70cm, długość bluzy 80cm), spodnie XXL (szerokość spodni 67cm, długość spodni 116cm). Kolory niebieski, ciemno niebieski, zielony, purpurowy.

Pakiet nr 26.

4. Pozycja 1. - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletów chirurgicznych wykonanych z przewiewnej włókniny polipropylenowej (SMMS) o gramaturze 45g/2. Spodnie posiadają wygodne luźne troczki z prowadnicą w pasie. Tunika z krótkimi rękawami z wycięciem V wykończonym białą lamówką i 2 praktyczne kieszenie (dwie na dole bluzy). Rozmiary S - XXL. Kolory niebieski, zielony, różowy.

Pakiet nr 60.

5. Pozycja 1. - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów posiadającego w swoim składzie:

1 x nożyczki metalowe ostre/ostre, 11,6 cm, pozostałe parametry i skład zestawu spełnione.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 3

Zamawiający akceptuje opisane ubranie, pod warunkiem, iż wcięcie będzie w formie litery „V”.

Ad. 4

Tak

Ad. 5

Tak

Pakiet nr 38

6. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli o długości 240 cm, średnica 32 mm w miejsce średnicy 35 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 6

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

7. Dotyczy Pakiet nr 14, pozycja nr 1-3: Czy Zamawiający dopuści papier w dwóch kolorach (białym i zielonym) pakowanych osobno.
8. Dotyczy Pakiet nr 14, pozycja nr 4: Czy w miejsce rękawa o szerokości 50mm Zamawiający dopuści rękaw 55mm?
9. Dotyczy Pakiet nr 14, pozycja nr 16: Czy w miejsce rękawa o szerokości 380mm Zamawiający dopuści rękaw 400mm?
10. Dotyczy Pakiet nr 14, pozycja nr 17-22: Czy Zamawiający dopuści rękawy w rolkach po 70mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. W przypadku zgody prosimy o określenie, czy w razie otrzymania w wyniku przeliczeń ułamkowej ilości rolek, wycenić ułamkową ilość rolek czy dokonać zaokrąglenia do pełnych rolek (w górę bądź zgodnie z zasadami matematyki)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 7

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 8

Tak

Ad. 9

Tak.

Ad. 10

Tak. Zaokrąglenia należy dokonać w "górze" do pełnych rolek.

11. Pakiet nr 19 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 129 x 135 mm x 370 kartek.

12. Pakiet nr 19 poz. 3, 4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach oryginalnych papierów Mitsubishi o długości 20 metrów.

13. Pakiet nr 19 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 152 x 90 mm x 160 kartek.

Pakiet nr 19 poz. 9

14. Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 112 x 100 mm x 150 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 80 szt. (składanek). Papier o rozmiarze 112 x 100 mm x 150 kartek to papier przeznaczony do aparatu KTG Goldway UT-3000A, który w opisie przedmiotu zamówienia wskazał Zamawiający.

15. Pakiet nr 19 poz. 12

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji wyceny żelu do EEG w op. 250 g z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 80 szt.

16. Pakiet nr 19 poz. 16

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 112 x 125 mm x 200 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 75 szt. (składanek).

17. Pakiet nr 19 poz. 17

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 110 x 150 mm x 200 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 150 szt. (składanek).

18. Pakiet nr 19 poz. 18

Prosimy o wyjaśnienie czy papier w pozycji 18 posiada nadruk czy jest gładki.

19. Pakiet nr 19 poz. 22 Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Lifepak 12 o rozmiarze 107 mm x 23 m.

20. Pakiet nr 19 poz. 23

Prosimy o wyjaśnienie czy nadruk ma być na zewnątrz rolki czy do wewnątrz rolki?

21. Pakiet nr 19 poz. 24

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o szerokości 58 mm.

22. Pakiet nr 20 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod w jednym kolorze - niebieskim.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 11 - 17

Tak

Ad. 18

Papier z nadrukiem.

Ad. 19

Tak

Ad. 20

Nadruk na zewnątrz rolki.

Ad. 21

Tak

Ad. 22

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

pakiet 18, pozycja 3:

23. Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków j. u. w opakowaniu a'75 sztuk z przeliczeniem na 1 280 pełne opakowania? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, a dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

pakiet 18, pozycja 20:

24. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego w pakiecie 18, pozycja 20 golarki medycznej z ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pozwalające na łatwe i płynne golenie, wyposażonej w grzebień zapobiegający zapychaniu się podczas golenia, zarówno na sucho, jak i na mokro. Możliwość łatwego splotkiwania golarki. Karbowany uchwyt golarki zapewnia stabilny chwyt, a wycięcie w korpusie wizualną kontrolę golonego obszaru. Każda golarka pakowana indywidualnie w folię w 100% chroniącą przed zabrudzeniem lub zamknięciem i innymi czynnikami zewnętrznymi. Wymiary golarki bez tekturowej osłonki: długość: 5,8 cm, szerokość: 4,8 cm, głębokość: 1,1 cm; wymiary ostrza: długość: 1,1 cm, szerokość 4,2 cm, głębokość 0,01 cm.

Opisany przedmiot zamówienia jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej oraz powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej, a opakowanie foliowe chroni całą golarkę znacznie lepiej, niż tekturowa osłonka na ostrzu. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, prosimy o wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

25. pakiet 18, pozycja 20:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 18, pozycja 26 myjki w formie rękawicy o wymiarach 24,5 x 16,5 cm (+/- 0,5 cm), grubość ok. 0,5 cm, wykonana z dwóch warstw - przednia: podkłady watolinowe + środek myjący o neutralnym pH 5,5 oraz warstwa tylna: podkłady watolinowe, pakowana po 20 sztuk.

Powyższy opis stanowi uściślenie wymaganego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami

publicznymi.

W razie odmowy, prosimy o wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

26. pakiet 18, pozycja 20:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 18, pozycja 26 myjki w formie rękawicy o wymiarach 24,5 x 16,5 cm (+/- 0,5 cm), grubość ok. 0,5 cm, wykonana w całości z poliestru, nasączona mydłem dermatologicznym o naturalnym pH 5,5 pakowana po 20 sztuk. Dodatkowa warstwa folii przy założeniu rękawicy może powodować ślizganie się myjki na ręce.

Opisany przedmiot zamówienia jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej oraz powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej, a opakowanie foliowe chroni całą golarzkę znacznie lepiej, niż tekturowa osłonka na ostrzu. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, prosimy o wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 23

Tak.

Ad. 24

Zamawiający dopuszcza opisaną golarzkę ale nie odstępuje od warunku dotyczącego ostrza, które ma być wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną (platynowane) oraz teflonem.

Ad. 25

Tak.

Ad. 26

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

27. Czy zamawiający w pakiecie 8 w pozycji 4 zgodzi się na zaoferowanie zestawów do podawania preparatów do żywienia dojelitowego w butelkach w wersji grawitacyjnej bez łączników ENFit/ENLock. Podane łączniki są wymienione w odrębnych pozycjach w danym pakiecie natomiast połączenie EnFit zastąpiło dotychczas stosowane połączenia EnLock i występuje w dostępnych w państwie placówce zglębniakach do podaży żywienia dojelitowego. Zmiana jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów wg Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 27

Tak.

28. Czy zamawiający w pakiecie 8 w pozycji 10 zgodzi się na zaoferowanie zestawów do połączenia worka z dietą metodą grawitacyjną bez adapterów przejściowych. Podane adaptery są wymienione w odrębnych pozycjach w danym pakiecie natomiast połączenie EnFit zastąpiło dotychczas stosowane połączenia EnLock i występuje w dostępnych w państwie placówce zglębniakach do podaży żywienia dojelitowego. Zmiana jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów wg Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO. Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 28

Tak.

29. Czy zamawiający w pakiecie 8 w pozycji 11 zgodzi się na zaoferowanie zestawów do połączenia worka z dietą umożliwiającą żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy Flocare Infinity bez adapterów przejściowych. Podane adaptory są wymienione w odrębnych pozycjach w danym pakiecie natomiast połączenie EnFit zastąpiło dotychczas stosowane połączenia EnLock i występuje w dostępnych w państwie placówce zgłębnikach do podaży żywienia dojelitowego. Zmiana jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów wg Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO. Pozostawte parametry zgodne z SWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 29

Tak.

30. Czy zamawiający w pakiecie 8 w pozycji 4 oczekuje zestawów do podawania preparatów do żywienia dojelitowego w butelkach w wersji grawitacyjnej, posiadających port medyczny ENFit typu "Y" do podawania leków i płukania końcówki zestawu wraz z nasadką ochronną, która zwiększa bezpieczeństwo pacjentów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 30

Tak.

31. do załącznika nr 4 – formularz cenowy (Pakiet nr 14, poz. 16)
Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 400mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
32. do załącznika nr 4 – formularz cenowy (Pakiet nr 14, poz. 23, 24)
Czy Zamawiający dopuści tolerancję szerokości taśmy +/- 1mm?
33. do załącznika nr 4 – formularz cenowy (Pakiet nr 14, poz.4-16)
Czy Zamawiający dopuści rękawy o gramaturze papieru 60 g/m², pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
34. do załącznika nr 4 – formularz cenowy (Pakiet nr 14, poz. 17-22)
Prosimy o doprecyzowanie, czy w przypadku zaoferowania rękawów o długości 70m, wykonawca powinien zaokrąglić ilości do pełnych rolek, czy zostawić ułamkowe ilości rolek do dwóch miejsc po przecinku, np. w przypadku pozycji nr 17: 2,86 rolki?
35. do załącznika nr 4 – formularz cenowy (Pakiet nr 14, poz.4-22)
Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, co zwiększa jego czytelność, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868 ?
36. do załącznika nr 4 – formularz cenowy (Pakiet nr 14, poz.4-22)
Czy Zamawiający wymaga by zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych (art. 11 pkt.8) oraz Wytycznymi SBA (Sterille Barrier Association) oznakowanie CE oraz znak potwierdzający, że jest to produkt jednokrotnego użytku umieszczone było wyłącznie na opakowaniu sprzedażowym?
37. do załącznika nr 4 – formularz cenowy (Pakiet nr 14, poz.4-22)
Czy Zamawiający wymaga aby produkt posiadał dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 31 - 32

Tak.

Ad. 33

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 34

Należy zaokrąglić „w górę” do pełnych rolek.

Ad.35 - 36

Nie wymaga ale dopuszcza taką formę.

Ad. 36

Nie wymaga.

38. Pakiet 21 pozycja 5 – resuscytator PVC dla dorosłych

Prosimy o dopuszczenie jako równoważny resuscytator (worek samorozprężalny) renomowanej firmy Ambu dla dorosłych o następujących parametrach:

- resuscytator jednorazowego użytku do wentylacji pacjentów o wadze ciała > 30 kg
- worek resuscytatora wykonany z materiału SEBS
- objętość worka oddechowego: 1547 ml
- maska twarzowa rozmiar 5 z powietrznym mankietem
- objętość rezerwuaru tlenu: 2600 ml
- dren do podawania tlenu o długości 2.15m
- zawór bezpieczeństwa/ciśnieniowy 40 cm H₂O z możliwością blokady
- objętość oddechowca: jedna ręka 600 ml/dwie ręce 1000 ml
- możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączy
- port do pomiaru CO₂ i podawania leków drogą dotchawiczą
- pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni trwale zintegrowany z workiem
- wykonany z materiałów nie zawierających lateksu oraz ftalanów (w tym DEHP)

39. Pakiet 21 – maska tlenowa do wysokiej koncentracji tlenu

Prosimy o dopuszczenie jako równoważną maskę tlenową do wysokiej koncentracji tlenu o następujących parametrach:

- materiał: elastyczny medyczny PVC bez zawartości lateksu i ftalanów
- anatomicznie ukształtowana maska z otworami bocznymi
- dren tlenowy (gwiazdkowy) 2,0 m ze standardowymi złączami
- taśma/gumka rozciągliwa mocująca na głowie
- klamra/blaszka metalowa dopasowująca do nosa
- zawór zwrotny, jednokierunkowy wykonany z silikonu
- łącznik obrotowy ułatwiający dopasowanie pozycji maski
- rezerwuar (worek) z PCV o pojemności 1000ml
- koncentracja tlenu O₂ do 100%
- szybkość przepływu 5-10 l/min
- czysta mikrobiologicznie

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 38 - 39

Tak.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach
mgr Mirosław Leśkiewicz