

Siedlce dnia: 30.09.2022r

**ODPOWIEDZI nr 2
na zapytania**

Szanowni Państwo,

W związku z przesłanym pytaniem dotyczącym zaproszenia do składania ofert na **zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Szpitala SPZOZ w Siedlcach**, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

1. Zamawiający w rozdz. III Zapytania ofertowego, na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej wymaga, aby wykonawca:

w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dokonał co najmniej dwie dostawy wraz z montażem aparatury specjalistycznego sprzętu medycznego (wykorzystywanego w leczeniu i prewencji chorób) i adaptacją pomieszczeń o wartości min. 5 000 000,00 zł każda wraz z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy wskazane zamówienie zostało wykonane należycie.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży wykaz, w którym jedna z dostaw obejmuje dostawę rezonansu magnetycznego wraz z pracownią modułową o wartości powyżej 4 500 000,00 złotych, natomiast druga składała się z dostawy rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń o wartości blisko 6 000 000,00 złotych.

Biorąc pod uwagę fakt, że warunek zdolności technicznej lub zawodowej w zamyśle ustawodawcy ma na celu potwierdzenie zdolności potencjalnego wykonawcy do wykonania zamówienia, umożliwienie wykonawcy złożenia wykazu zawierającego ww. zrealizowane dostawy w pełni potwierdza ww. zdolność wykonawcy do realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania, w szczególności ze względu na fakt, że poza samą dostawą, instalacją i uruchomieniem urządzenia wykonawca był również odpowiedzialny za wykonanie, dostarczenie pracowni modułowej oraz „zintegrowanie” jej z infrastrukturą szpitala co jest zadaniem porównywalnym z adaptacją pomieszczeń.

Dodatkowo poza ww. dostawami na potwierdzenie ww. warunku wykonawca może przedłożyć wykaz dostaw obejmujący trzy dostawy tomografów komputerowych wraz z adaptacją pomieszczeń o wartościach od 2 500 000,00 zł do ponad 3 000 000,00 zł co w naszej ocenie

w 100% potwierdza zdolność wykonawcy do realizacji przedmiotowego zamówienia.

Mając na uwadze powyższe prosimy (jak na wstępie) o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek zdolności technicznej i zawodowej za spełniony?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w/w warunku, w związku z tym rozdz. III punkt 2 b otrzymuje brzmienie:

b) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dokonał co najmniej dwie dostawy wraz z montażem aparatury specjalistycznego sprzętu medycznego (wykorzystywanego w leczeniu i prewencji chorób) i adaptacją lub budową pomieszczeń (dopuszcza się zabudowę modułową lub kontenerową) o wartości min. 4 000 000 zł każda wraz z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy wskazane zamówieni zostało wykonane należycie.