

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **dostawy komisowe stymulatorów i defibrylatorów serca do SP ZOZ w Siedlcach, zgodnie z minimalnymi warunkami technicznymi określonymi w załączniku nr 4**

Numer referencyjny: **stymulatory/467/2024**

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1 DOTYCZY:** Zał. 5 - FORMULARZ CENOWY - pakiet 4 - pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody stymulującej przedsiorkowej lub komorowej MRI 5.6F? O takiej samej specyfikacji jak wymagana w tym samym pakiecie, ale w pozycji 2.

**Stanowisko Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 2** Dot. wzoru umowy zał.9 SWZ - W związku z zasadą równego traktowania Stron oraz zakazu ograniczania zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia (art.433 pkt.4 pzp) wnosimy o modyfikację § 1 pkt. 2 i określenie minimalnej wartości realizacji umowy wyrażoną w „%”, jaką Zamawiający gwarantuje zrealizować w czasie jej obowiązywania na poziomie minimum 60%.

Uregulowanie tego zapisu wynika z potrzeby ochrony wykonawcy, dla którego już na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest to istotna informacja, która wpływa na decyzję o starcie w postępowaniu, a także o cenie oferty.

**Stanowisko Zamawiającego:** Zamawiający dokonuje modyfikacji § 1 pkt. 2 i otrzymuje on brzmienie : „Ilość określone w załączniku nr 1 do umowy stanowią wielkości szacunkowe, uzależnione od ilości przyjętych pacjentów. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1 do umowy, szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb. Są one wartościami maksymalnymi zamówienia. Zamówienia na konkretne ilości Zamawiający będzie wystawiał sukcesywnie do swoich potrzeb, jednak wykorzystanie umowy nie może być mniejsze niż 60 % wartości.”

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach  
*M. Medak*  
mgr Małgorzata Medak

Zamawiający