



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

ul. Jana Kilińskiego 29, 08 -110 Siedlce

tel. 25 632 27 97, e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl,

www.spzoz-siedlce.pl

Siedlce dnia: 2025-11-25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: dostawy drobnego sprzętu jednorazowego użytku, rękawic medycznych, materiałów do sterylizacji, drobnego sprzętu laboratoryjnego j.u. do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Numer referencyjny: drobny sprzęt j.u./539/2025

SPROSTOWANIE WYJAŚNIENIŃ TREŚCI SWZ z dnia 18.11.2025r.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, w związku z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, informuje, że dokonuje sprostowania treści wyjaśnień opublikowanych w dniu 18.11.2025 r na Pytanie nr 326, w następujący sposób:

Pytanie nr 326 Pakiet 14, pozycja 2 Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 14, pozycji 2, równoważnego przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych: zestaw infuzyjny grawitacyjny bursztynowy, precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu oraz miejscem na zabezpieczenie igły po użyciu (podwieszenie kolca), wentylowana /odpowietrznik komory kroplowej ręczny, spike ABS, igła ścięta czterostronnie /stożek, komora kroplowa elastyczna dla łatwego wypełnienia, długość min. 60mm, zaopatrzony w filtr powietrza stanowiący system zamknięty zgodnie z normą ISO 8536-4 dla zestawów grawitacyjnych. Zgodnie z normą ISO 8536-4 dla zestawów grawitacyjnych IV, wymogiem jest posiadanie filtra powietrza, aby zapobiec przedostawaniu się mikroorganizmów do pojemnika, do którego ma zostać włożone urządzenie). Bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A, bez worka, łącznik luer lock rotacyjny (obrotowy) na końcu drenu do łatwego wpięcia do wkłucia, długość drenu 150 cm, objętość wypełnienia drenu 12 ml, złącze luer lock obrotowy dren z zatyczką z filtrem hydrofobowym zapobiegający wyciekaniu leku podczas napełniania, sterylny – EO, na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP. Opakowanie papier /folia, z nadrukowaną nazwą producenta i nr katalogowym, sterylny

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza tak opisany przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych do leków światłoczułych, ale wymaga zaoferowania przyrządu z workiem do ochrony leków światłoczułych.

Jednocześnie Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, w związku ze sprostowaniem wyjaśnień SWZ informuje, że zmianie ulegają terminy:

- składania ofert, z dnia **2025-11-24** godz. **10:00** na dzień **2025-12-02** godz. **10:00**.
- otwarcia ofert, z dnia **2025-11-24** godz. **10:05** na dzień **2025-12-02** godz. **10:05**.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

Zamawiający

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Angelika Ambroziewicz