



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

ul. Jana Kilińskiego 29, 08 -110 Siedlce

tel. 25 632 27 97, e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl,

www.spzoz-siedlce.pl

Siedlce dnia: 2026-01-12

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Dostawy nici i siatek chirurgicznych oraz produktów farmaceutycznych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.**

Numer referencyjny: **nici/siatki/prod.farm/548/2026**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zadanie nr 19 Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 19 w poz.1- 6 siatki chirurgiczne, polipropylenowe, monofilamentowe, niewchłaniające, niebarwione, zawierająca etykiety samoprzylepne :

- gramatura siatki 50g/m²
- grubość siatki 0,41 mm
- wielkość porów 1x1,25 mm
- grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm?

Rozmiary : Poz. 1 - 10x15cm, Poz. 2 – 15x15cm, Poz. 3 – 20x30cm, Poz. 4 – 30x30cm, Poz. 5 – 22x35cm, Poz. 6 – 30x30cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2 Zadanie nr 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3 Zadanie nr 2, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści nici o długości 150 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga nici 70 cm dopuści również 75cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5 Zadanie nr 2, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą nie odczepianą, pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6 Zadanie nr 2, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7 Zadanie nr 2, poz. 18 ,19

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8 Zadanie nr 3, poz. 1-11

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniający syntetyczny monofilament o okresie wchłaniania 180-210 dni (podtrzymywanie 65-70% po 28 dniach)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9 Zadanie nr 3, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 25 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga nici 70 cm dopuści również 75cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11 Zadanie nr 4, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniający syntetyczny, monofilament o okresie wchłaniania 90-120 dni (podtrzymywanie 40% po 14 dniach)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 12 Zadanie nr 4, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniający syntetyczny, monofilament o okresie wchłaniania 90-120 dni (podtrzymywanie 40% po 14 dniach)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 13 Zadanie nr 4, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniający syntetyczny, plecionka o okresie wchłaniania 42 dni (podtrzymywanie 65% po 7 dniach)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 14 Zadanie nr 4

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga nici 70 cm dopuści również 75cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15 Zadanie nr 5, poz. 9, 10

Czy Zamawiający wydzieli lub wykreśli wyżej wymienione pozycje z Zadania ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 16 Zadanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny polipropylenowy bez dodatku polietylenu, pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 17 Zadanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści nici pakowane w „ósemkę” na papierowy nośnik ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 18 Zadanie nr 9, poz. 6, 7

Czy Zamawiający wydzieli lub wykreśli wyżej wymienione pozycję z Zadania ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 19 Zadanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku czynnika antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 20 Zadanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm wszędzie tam, gdzie wymagana jest nitka 70 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 21 Zadanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku czynnika antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 22 Zadanie nr 14 poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli lub wykreśli wyżej wymienioną pozycję z Zadania ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 23 Dotyczy załącznika nr 6, wzór umowy nici i siatki §5 ust. 1, 2

Prosimy o dodanie do §5 ust. 1, 2 wzoru umowy zastrzeżenia „o ile dotyczy”. Przedmiotem zamówienia są również wyroby medyczne, które nie podlegają przepisom Prawo farmaceutyczne.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zgadza się na dodanie zapisu do §5 ust. 1, 2 wzoru umowy zastrzeżenia „o ile dotyczy”.

Pytanie nr 24 Dotyczy wzoru umowy dla pakietu nr 17

Zwracamy się z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy "W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w §3 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy".

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian

Pytanie nr 25 Dotyczy wzoru umowy dla pakietu nr 17

W związku z planowanym obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych przez KSeF, zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści umowy poprzez dodanie zapisu o następującym brzmieniu: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2025 poz. 1203) odpowiednio dla poszczególnych Wykonawców od 1 lutego 2026 roku lub 1 kwietnia 2026 roku zgodnie z obowiązkiem wynikającym z tej ustawy:

a) wszelkie faktury dokumentujące transakcje handlowe będą wystawiane i udostępniane wyłącznie w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e- Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

b) Za datę doręczenia faktury uznaje się datę nadania numeru identyfikującego fakturę w KSeF, zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy o VAT.

c) Strony zobowiązują się do zapewnienia technicznej możliwości wystawiania, odbierania i przetwarzania faktur ustrukturyzowanych w KSeF, w tym do posiadania odpowiednich uprawnień dostępowych.

d) W przypadku awarii systemu KSeF uniemożliwiającej wystawienie faktury, dopuszcza się wystawienie faktury w formie rezerwowej, zgodnie z przepisami przejściowymi i komunikatami Ministerstwa Finansów. e) Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się nawzajem o wszelkich zmianach danych identyfikacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania KSeF.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zgadza się na dodanie zaproponowanego zapisu

Pytanie nr 26 Dotyczy formularza cenowego dla pakietu 17

Zwracamy się z prośbą o modyfikację kolumny B „Nazwa handlowa” na „Nazwa handlowa/numer katalogowy”. Taki zapis pozwoli na szybszą identyfikację produktu po stronie wykonawcy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zgadza się na dodanie zapisu do kolumny B w Formularzu cenowym „Nazwa handlowa/numer katalogowy”

Pytanie nr 27 Zadanie 20 poz.1,2,3 : Czy Zamawiający dopuści siatkę o masie powierzchniowej 60÷85 g/m2? Reszta zgodna z SWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 28 Rozdział 12 SWZ: Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty pełnomocnictwa bez wskazania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego dotyczy?

W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji

zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

1. § 6 W celu równego traktowania obu stron umowy, prosimy o dopisanie do wzoru umowy paragrafu o treści: "Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 30 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy."

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 29 Do umowy:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian

Zamawiający