



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

ul. Jana Kilińskiego 29, 08 -110 Siedlce

tel. 25 632 27 97, e-mail: [sekretariat@spzoz-siedlce.pl](mailto:sekretariat@spzoz-siedlce.pl),

[www.spzoz-siedlce.pl](http://www.spzoz-siedlce.pl)

Siedlce dnia: 2026-02-06

#### WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb MLD Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Numer referencyjny: odczynniki+dzierżawa/547/2026

### SPROSTOWANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ z dnia 02.02.2026r.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, w związku z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, informuje, że ze względu na omyłkę pisarską dokonuje sprostowania treści wyjaśnień opublikowanych w dniu 02.02.2026 r. na Pytanie nr 83, w następujący sposób:

**Pytanie nr 83** *Dotyczy Zadania 2*, Parametry techniczne, pkt. 5

Czy Zamawiający wymaga, aby tryb pomiaru WBC dla próbek leukopenicznych, był dostępny dla Użytkownika zarówno w trybie automatycznego przełączania (wyzwalanego przez kryteria systemowe analizatora), jak i w trybie manualnej aktywacji, umożliwiając Użytkownikowi zastosowanie tej **metody pomiarowej do próbek wybranych na podstawie jego indywidualnej oceny?**

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Tak.

Zamawiający