



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

ul. Jana Kilińskiego 29, 08 -110 Siedlce

tel. 25 632 27 97, e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl,

www.spzoz-siedlce.pl

Siedlce dnia: 2026-03-04

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: dostawy komisowe stymulatorów i defibrylatorów serca do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Numer referencyjny: stymulatory/552/2026

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Do Pakietu nr 4 - Zał.3 - formularz cenowy - Zad. 4, poz 3. - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody stymulującej przedsiionkowej lub komorowej MRI 5.6F? O takiej samej specyfikacji jak wymagana w tym samym pakiecie, ale w pozycji 2.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 Do Pakietu nr 16 poz.1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie introducerów tylko o średnicy w zakresie 6-10F?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 Do Pakietu nr 19 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie do zestawu CSP dodatkowo dedykowanej do CSP i certyfikowanej do LBBAP elektrody stymulacyjnej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający