

Siedlce dnia: 2026-06-05

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Z A W I A D O M I E N I E

o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej **SWZ**)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i innego wyposażenia do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i Hospicjum SPZOZ w Siedlcach.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków projektu: "Transgraniczna opieka zdrowotna i paliatywna Program Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027..

Numer referencyjny: ZOLHOSP/569/2026

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

W związku z wyjaśnieniami do SWZ, Zamawiający wprowadza następujące zmiany w SWZ:

1. Załączniki nr 4 , Zadanie nr 9 punkt. 1 i 15 otrzymują brzmienie:

Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana / punktacja	Wypełnia oferent	
			Potwierdzenie wymagalności (tak/nie)	Uwagi
1.	Pompa próżniowa bezolejowa/ pompa tłokowa bezolejowa	TAK, PODAĆ		
15.	Głośność do 45- 51 dB	TAK		

2. W załączniku nr 4 , Zadanie nr 9 , dopisuje się pkt. 19:

Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana / punktacja	Wypełnia oferent	
			Potwierdzenie wymagalności (tak/nie)	Uwagi
1.	W zestawie wózek transportowy.	TAK, PODAĆ		

3. Załączniki nr 4 , Zadanie nr 13 punkt. 1, otrzymuje brzmienie:

Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana / punktacja	Wypełnia oferent	
			Potwierdzenie wymagalności (tak/nie)	Uwagi
1.	Stojak do kroplówek przeznaczony do zawieszenia pojemników z płynem (np. torebki plastikowe, butelki szklane wyposażone w element mocujący) do podawania dożylnego u pacjentów.	TAK, PODAĆ		

4. W zadaniu nr 3 Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia do 60 dni.

Zamawiający