

Siedlce dnia: 2026-06-05

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i innego wyposażenia do Zakładu Opiekuńczo
Leczniczego i Hospicjum SPZOZ w Siedlcach.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków projektu: "Transgraniczna
opieka zdrowotna i paliatywna Program Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-
2027..

Numer referencyjny: ZOLHOSP/569/2026

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 dot. Zadanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści stojak z podstawą z tworzywa sztucznego, kolumną zewnętrzną ze stali malowanej proszkowo oraz kolumną wewnętrzną ze stali kwasoodpornej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1

Tak. Zamawiający dopuszcza taki stojak.

Pytanie nr 2 dot. Zadanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści stojak o regulacji w zakresie 1320-2150 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 2

Tak. Zamawiający dopuszcza taki stojak.

Pytanie nr 3 dot. Zadanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem górnym o wymiarach 71 x 41 cm (+/- 2 cm)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 3

Tak. Zamawiający dopuszcza taki wózek.

Pytanie nr 4 dot. Zadanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości 86 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 4

Tak. Zamawiający dopuszcza taki wózek.

Pytanie nr 5 dot. Zadanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości 95 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 5

Tak. Zamawiający dopuszcza taki wózek.

Pytanie nr 6 dot. Zadanie nr 16 (WÓZEK ZABIEGOWY - 1 szt.)

Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości 86 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 6

Tak. Zamawiający dopuszcza taki wózek.

Pytanie nr 7 dot. Zadanie nr 16 (WÓZEK ZABIEGOWY - 1 szt.)

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości 95 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 7

Tak. Zamawiający dopuszcza taki wózek.

Pytanie nr 8 dot. Zadanie nr 16 (WÓZEK ZABIEGOWY - 1 szt. ZOL)

Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem o wymiarach 38 x 39 cm (+/- 2 cm)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 8

Tak. Zamawiający dopuszcza taki wózek.

Pytanie nr 9 dot. Zadanie nr 16 (WÓZEK ZABIEGOWY - 1 szt. ZOL)

Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości 87 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 9

Tak. Zamawiający dopuszcza taki wózek.

Pytanie nr 10 dot. Zadanie nr 16 (WÓZEK ZABIEGOWY - 1 szt. ZOL)

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości 49 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 10

Tak. Zamawiający dopuszcza taki wózek.

Pytanie nr 11 dot. umowa

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu instalacji, uruchomienia i szkoleń personelu w zakresie zadania nr 13, 15 i 16 ze względu na fakt, iż produkt będący przedmiotem zamówienia w tym pakiecie dostarczany jest złożony, gotowy do użytku, a jego obsługa ma charakter typowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 11

Tak. Zamawiający odstępuje od tego wymogu w przypadku dostawy typowego wyposażenia.

Pytanie nr 12 dot. umowa

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy w zakresie zadania nr 13, 15 i 16. Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 12

Tak. Zamawiający odstępuje od tego wymogu w przypadku wyposażenia objętego zadaniami nr 7 - 15.

Pytanie nr 13 dot. umowa

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie że w przypadku sprzętów, dla których producent nie przewidział konieczności wykonywania przeglądów, (zadanie nr 13, 15, 16) niniejsze nie będą wymagane.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 13

Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyposażenia, dla którego producent nie przewiduje konieczności wykonywania przeglądów, takowe nie będą wymagane.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 16

Zamawiający rozszerza zapis o sformułowanie "butelki szklane wyposażone w element mocujący."

Ad. 17

Tak. Zamawiający dopuszcza taki stojak.

Pytanie nr 14 Zadanie 9

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ssaka o poniższych parametrach??

SSAK ELEKTRYCZNY- AKUMULATOROWY

Model: V7 MX - Hersill

Opis produktu:

Ssaki V7 są urządzeniami przenośnymi, zasilanymi elektrycznie przeznaczonymi do odsysania wszelkiego rodzaju wydzielin: krwi, śluzu, flegmy itp. Dostępne w wersji jezdnej lub z uchwytem ułatwiającym przenoszenie. Obudowa ssaka wykonana została z odpornego zarówno na przegrzanie jak i uszkodzenia mechaniczne tworzywa ABS. Wyposażone są w zbiorniki o pojemności 1 lub 1,7 L wykonane z poliwęglanu (PC) lub polisulfonu (PSU) nadającego się do sterylizacji w autoklawie. Zbiorniki posiadają skalę oraz zastawkę przeciw przelewową. Dzięki zastosowaniu filtrów antybakteryjnych uzyskujemy pełne zabezpieczenie otoczenia przed możliwością zakażenia. Modele V7 zaprojektowane zostały specjalnie dla ratownictwa medycznego oraz sytuacji wymagających transportu. Ssaki V7 charakteryzuje bezproblemowa obsługa i niezawodność działania.



Specyfikacja techniczna:

- do odsysania krwi, wydzielin i pokarmu z jamy ustnej, nosowo-gardłowej, dla pacjentów tracheotomowanych i po zabiegach operacyjnych,
- przeznaczony do pracy w warunkach pozaszpitalnych/ transportu,
- nadaje się również do stosowania w salach szpitalnych
- powierzchnia ssaka jest łatwa do czyszczenia,
- Maksymalne podciśnienie – 84 kPa, pełna regulacja siły ssania wraz ze wskaźnikiem,
- Wydajność ssania – do 30 l/min,
- zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie – poj. 1L (opcja 1,7L).
- wbudowany filtr bakteryjny wraz z zabezpieczeniem przed przepełnieniem,
- zasilanie ssaka z akumulatora lub prądu zmiennego , pobór mocy 160 W (AC) lub 85 W (DC),
- czas pracy z akumulatora – do 65 minut



- Mechaniczny przełącznik (włącznik) /zabezpieczony przed zalaniem/
- Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w mmHg i kPa
- Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności, łatwa do dezynfekcji
- Zintegrowana dioda LED wskazująca działanie urządzenia
- Regulator ciśnienia w formie pokrętki
- Waga: 4,5 kg
- Głośność: 49 ± 1,5 dB
- Pompa tłokowa bezolejowa

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 14

Zamawiający dopuszcza ssak o podanych parametrach technicznych. Stosowane zmiany zostają wprowadzone do Załącznik nr 4 Minimalne wymagania techniczne.

Pytanie nr 15 Zadanie 9

Czy zamawiający określając parametry techniczne ssaka w punkcie 12 jako "Możliwość zdjęcia z wózka i użycia jako ssak przenośny" - wymaga wózka jako elementu części ssaka do zaoferowania w przetargu czy jedynie jako możliwość użytkowania?? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie jest dla nas istotne na etapie przygotowania i wyceny elementów składowych pakietu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 15

Zamawiający wymaga w zestawie wózka. Stosowane zmiany zostają wprowadzone do Załącznik nr 4 Minimalne wymagania techniczne.

Pytanie nr 16 Zadanie 13

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów OPZ poprzez zastąpienie wymagania:

"stojak do kroplówek wykonany ze stalowych rurek malowanych proszkowo"

wymaganiem:

"stojak do kroplówek wykonany w całości ze stali nierdzewnej".

Wnoszona zmiana jest uzasadniona przeznaczeniem wyrobu do zastosowań medycznych, gdzie szczególne znaczenie mają trwałość, odporność na korozję oraz możliwość wielokrotnej dezynfekcji. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej charakteryzuje się wyższą odpornością na działanie środków dezynfekcyjnych, uszkodzenia mechaniczne oraz wilgoć, co przekłada się na dłuższą żywotność wyrobu i niższe koszty eksploatacji.

Ponadto stojaki wykonane ze stali nierdzewnej są powszechnie stosowane w placówkach ochrony zdrowia ze względu na ich wysokie walory higieniczne i użytkowe. W związku z powyższym prosimy o zmianę wymagań OPZ i dopuszczenie wyłącznie stojaków wykonanych ze stali nierdzewnej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 16

Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga) taki stojak.

Pytanie nr 17 Zadanie 13

Zamawiający w pakiecie 13 pozycji 1 opisuje stojak do kroplówek przeznaczony do zawieszania pojemników

płynem (np. torebki plastikowe, butelki szklane) do podawania dożylnego u pacjentów. Prosimy uprzejmie o doprecyzowanie wymagania gdyż, stojak do płynów infuzyjnych, który chcemy zaproponować posiadają dwa lub cztery haki do zawieszania płynów infuzyjnych w pojemnikach miękkich, wyposażonych w element mocujący - haczyk, oczko. W wersji z haczykami nie da się zastosować pojemników twardych (szklanych) bez elementów mocujących (haczyk - oczko). Prosimy więc o wykreślenie opisu dotyczącego szklanych butelek lub dodanie dopisku o "butelki szklane wyposażone w element mocujący".

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 17

Zamawiający rozszerza zapis o sformułowanie "butelki szklane wyposażone w element mocujący."

Pytanie nr 18 Zadanie 13

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stojaka do kroplówek z zakresem regulacji wysokości w przedziale: 1300-1800 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 18

Tak. Zamawiający dopuszcza taki stojak.

Pytanie nr 19

Dot. SWZ, Termin wykonania Zamówienia dla cz. 3

Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie wydłużenia terminu wykonania i realizacji zamówienia do 60 dni od daty zawarcia umowy. Wskazany w dokumentacji termin, może być niewystarczający z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia pochodzi spoza Unii Europejskiej. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej oferty w ramach postępowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 19

Tak. Zamawiający w Zadaniu nr 3 wydłuża termin dostawy do 60 dni.

Pytanie nr 20

Dot. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych, Deklaracja zgodności CE

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg złożenia Deklaracji zgodności CE dotyczy wyłącznie oferowanych wyrobów medycznych w rozumieniu przepisów prawa, tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR), natomiast w przypadku produktów niebędących wyrobami medycznymi (tj. wyposażenie) Zamawiający nie wymaga przedkładania deklaracji CE właściwej dla wyrobów medycznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 20

Tak. Zamawiający potwierdza, że wymóg złożenia Deklaracji zgodności CE dotyczy wyłącznie oferowanych wyrobów medycznych w rozumieniu przepisów prawa, tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR),

Zamawiający