

Siedlce dnia: 2026-06-03

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i innego wyposażenia do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i Hospicjum SPZOZ w Siedlcach.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków projektu: "Transgraniczna opieka zdrowotna i paliatywna Program Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027..

Numer referencyjny: ZOLHOSP/569/2026

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy : ZADANIE nr 22.

1. Czy Zamawiający dopuści matę ewakuacyjną o wymiarach 200x120 cm wykonaną z poliestru z obustronną powłoką PVC, wzmocnioną poprzecznymi i podłużnymi pasami. Mata nie posiada pasów mocujących , jednak wyposażone jest w 14 uchwytów co pozwala nawet kilku ratownikom na stabilną i bezpieczną ewakuację osoby o wadze nawet do 250kg.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza takiej maty. Zamawiający wymaga maty z pasami mocującymi przeznaczonej do ułożenia pod materacem łóżka.

2. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem mata wentylowana ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 2

Zamawiający wymaga maty z otworami wentylacyjnymi.

Zamawiający