



Siedlce dnia: 2026-06-25

ODPOWIEDZI

na zapytania w sprawie Szczegółowych Warunków Konkursu

Dotyczy: konkursu ofert dla zamówienia dokonanego w trybie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne, którego przedmiotem jest wykonywanie specjalistycznych badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Szczegółowych Warunków Konkursu na wykonywanie specjalistycznych badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej:

Lp	Nazwa badania	Pytania	Odpowiedzi Zamawiającego
4.	ADH	Proponujemy badanie Kopeptyny. Czy zamawiający wyraża zgodę?	TAK
138.	IgE spec.-wełna owcza	Proponujemy badanie naskórka owcy. Czy zamawiający wyraża zgodę?	TAK
150.	IgE spec.-nikiel	Możemy zaproponować inne badanie IgE SPEC z krwi? Prosimy o podanie innych parametrów.	Zgoda na wyłączenie z konkursu
151.	IgE spec.-kobalt	Możemy zaproponować inne badanie IgE SPEC z krwi? Prosimy o podanie innych parametrów.	Zgoda na wyłączenie z konkursu
188.	Tiopuryny	Proponujemy badanie: Stężenie 6-Tioguaniny w krwinkach czerwonych (metabolit leków immunosupresyjnych z grupy tiopuryn)	TAK
193.	Pyralgina / krew	Proponujemy badanie w moczu. Czy zamawiający wyraża zgodę?	TAK
195.	Sulfonamidy / krew	Proponujemy badanie w moczu. Czy zamawiający wyraża zgodę?	TAK



199.	Posiew w kierunku Chlamydii	Proponujemy wymaz, badanie: Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis metodą Real Time-PCR (S79). Czy zamawiający wyraża zgodę?	TAK
219.	Przeciwciała p/Legionelli-IgA	Badanie niedostępne. Możemy zaproponować IgG lub IgM. Czy zamawiający wyraża zgodę?	TAK
226.	Przeciwciała p/n.z.p.-IgM	Proponujemy badanie: P/C ONKONEURONALNE MOZAIKA ANTYGENÓW (HU,RI,YO, CV-2, PNMA2 (MA2/TA),REKOWERYNA, AMFIFIZYNA, SOX-1, TYTYNA). Czy zamawiający wyraża zgodę?	Zmawiający wymaga przeciwciał p/n.z.p, czyli n-nagminne p-zapalenie p-przyusznic tzw. „świnka”
238.	Przeciwciała p/tularemia-IgA	Proponujemy p/c w klasie IgG lub IgM. Czy zamawiający wyraża zgodę?	TAK
255.	Przeciwciała p/HSV totale	Proponujemy p/c w klasie IgG i IgM. Czy zamawiający wyraża zgodę?	TAK
268.	Przeciwciała p/Coxackie	Proponujemy p/c w klasie IgG, IgM i IgA. Czy zamawiający wyraża zgodę?	TAK
277.	Anty-Toxo- IgM/metodą ELFA	Proponujemy badanie metodą ECLIA> Czy zamawiający wyraża zgodę?	TAK
278.	Anty-Toxo-IgG/metodą ELFA	Proponujemy badanie metodą ECLIA> Czy zamawiający wyraża zgodę?	TAK
279.	Anty-Toxo-IgG awidność/metodą ELFA	Proponujemy badanie metodą ECLIA> Czy zamawiający wyraża zgodę?	TAK
280.	Anty-CMV-IgM /metodą ELFA	Proponujemy badanie metodą ECLIA> Czy zamawiający wyraża zgodę?	TAK
281.	Anty-CMV-IgG/metodą ELFA	Proponujemy badanie metodą ECLIA> Czy zamawiający wyraża zgodę?	TAK
282.	Anty-CMV-IgG awidność/metodą ELFA	Proponujemy badanie metodą ECLIA> Czy zamawiający wyraża zgodę?	TAK
306.	Przeciwciała p/komórkom wątroby	Prosimy o doprecyzowanie zakresu badania. Proponujemy badanie: P/c przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1). Czy zamawiający wyraża zgodę?	TAK
326.	Parwovirus B19 /krew/PMR met. PCR	Proponujemy badanie jakościowe z krwi. Czy zamawiający wyraża zgodę?	TAK
338.	Zespół Gilberta met. PCR	Proponujemy badanie: UGT1A1 (hiperbilirubinemia) – badanie liczby powtórzeń (TA)n w promotorze genu UGT1A1 (hiperbilirubinemia - Zespół	TAK



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

ul. Jana Kilińskiego 29, 08 -110 Siedlce

tel. 25 632 27 97, e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl,

www.spzoz-siedlce.pl

		Gilberta) metodą Real-time PCR. Czy zamawiający wyraża zgodę?	
346.	HHV met. PCR /krew/PMR	Proponujemy badanie: Wykrywanie DNA wirusa HHV6 i HHV7 metodą Real-Time PCR (HHV-6/7). Czy zamawiający wyraża zgodę?	TAK
354.	Gruźlica met. automatyczna-identyfikacja	Prosimy o doprecyzowanie czy identyfikacja ma obejmować również identyfikację prątków atypowych?	TAK
355.	Gruźlica met. automatyczna-lekowrażliwość	Prosimy o doprecyzowanie, czy badanie ma obejmować lekowrażliwość poszerzoną?	TAK
356.	Gruźlica- Quantiferon	Proponujemy badanie: Wykrywanie latentnego zakażenia prątkami gruźlicy – test QuantiFERON-TB. Czy zamawiający wyraża zgodę?	TAK

Zamawiający