

Siedlce dnia: 2026-06-01

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i innego wyposażenia do Zakładu Opiekuńczo
Leczniczego i Hospicjum SPZOZ w Siedlcach.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków projektu: "Transgraniczna
opieka zdrowotna i paliatywna Program Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-
2027..

Numer referencyjny: ZOLHOSP/569/2026

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy zadania nr 9 ssaki

1. Dotyczy dopuszczalnej wagi urządzenia

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zaferowanie ssaka, którego waga po zdjęciu z wózka wynosi 12 kg, pod warunkiem zaferowania urządzenia o wydajności min. 40 l/min oraz podciśnieniu min. 90 kPa?

Argumentacja: Proponowane urządzenie oferuje parametry wydajnościowe znacznie przewyższające wymagania minimalne, co bezpośrednio przekłada się na skuteczność odsysania w stanach nagłych. Wyższa waga wynika z zastosowania trwałej, niskoobrotowej i bezolejowej pompy tłokowej, która gwarantuje dłuższą żywotność sprzętu oraz wyjątkowo cichą pracę (poniżej 40 dB), co istotnie podnosi komfort pacjenta i personelu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1

Nie. Zamawiający nie dopuszcza ssaka o wadze 12 kg.

2. Dotyczy wymiarów obudowy

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (bez wózka) 51 x 33 x 35 cm?

Argumentacja: Zmiana wymiarów jest ściśle powiązana z konstrukcją urządzenia, która zapewnia wyższą stabilność oraz implementację rozbudowanych systemów bezpieczeństwa. Urządzenie posiada potrójne zabezpieczenie przed zalaniem, w tym dodatkowy zbiornik zabezpieczający o pojemności 0,25 l, co zwiększa ochronę pompy i higienę pracy, wymagając jednocześnie nieco większej obudowy przy zachowaniu pełnej mobilności.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 2

Tak. Zamawiający dopuszcza taki sprzęt.

3. Dotyczy sposobu regulacji podciśnienia

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści regulację poziomu podciśnienia za pomocą precyzyjnego regulatora membranowego w miejsce zaworu iglicowego?

Argumentacja: Regulator membranowy jest rozwiązaniem bardziej zaawansowanym technologicznie, pozwalającym na płynniejszą i bardziej stabilną nastawę pożądanego podciśnienia. Zapewnia to wyższy poziom bezpieczeństwa podczas procedur medycznych, eliminując ryzyko nagłych skoków ciśnienia ssania

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 3

Tak. Zamawiający dopuszcza taki sprzęt.

4. Dotyczy materiału obudowy

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści obudowę wykonaną z wysokiej jakości tworzywa odpornego na uderzenia, o kształcie ułatwiającym dezynfekcję, zamiast tworzywa wzmocnianego włóknem szklanym?

Argumentacja: Nowoczesna konstrukcja obudowy została zaprojektowana w sposób eliminujący zakamarki, co w połączeniu z odpornym na środki chemiczne tworzywem zapewnia najwyższy standard higieniczny i łatwość utrzymania urządzenia w czystości.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 4

Tak. Zamawiający dopuszcza taki sprzęt.

Zadanie 1 - DOSTAWA ELEKTRYCZNEGO PODNOŚNIKA PACJENTA Z WAGĄ

– 2 SZT.

Pyt. 5 pozycja nr 12

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający dopuści elektryczny podnośnik pacjenta z zewnętrzną szerokością z zamkniętymi nogami podstawy: max 749 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 5

Tak. Zamawiający dopuszcza taki sprzęt.

Zadanie 8 - DOSTAWA WÓZKA KĄPIELOWEGO DLA PACJENTÓW– 1 SZT.

Pyt. 6 pozycja nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający dopuści wózek kąpielowy dla pacjenta z hydrauliczną regulacją wysokości za pomocą nożnej pompy w zakresie 49-81cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 6

Tak. Zamawiający dopuszcza taki sprzęt.

Pyt. 7 pozycja nr 4

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający dopuści wózek kąpielowy dla pacjenta o długości leża 1900 mm bez możliwości regulacji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 7

Tak. Zamawiający dopuszcza taki sprzęt.

Pyt. 8 pozycja nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający dopuści wózek kąpielowy dla pacjenta z leżem o szerokości 620 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 8

Tak. Zamawiający dopuszcza taki sprzęt. W związku z tym, że parametr w tej pozycji jest parametrem dodatkowo ocenianym, Zamawiająca wprowadza teą stosowne zamiany w Załączniku nr 4 do SWZ Minimalne wymagania techniczne, tj.:

6.	Szerokość leża min. 650mm 620 mm	TAK, Podać 65 62 cm = 0 pkt Powyżej 65 62 cm = 10 pkt		
----	---	--	--	--

Zamawiający