

Siedlce dnia: 2026-07-01

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i innego wyposażenia do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i Hospicjum SPZOZ w Siedlcach. Procedura nr 2  
Zamówienie współfinansowane jest ze środków projektu: "Transgraniczna opieka zdrowotna i paliatywna Program Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027..  
Numer referencyjny: ZOLHOSP2/578/2026

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy zadania nr 2

1. Prosimy o dopuszczenie do oceny urządzenia równoważnego lub lepszego o wymiarach zewnętrznych 600 x 600 x 1760 mm i pojemności netto 250 litrów.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

*Ad. 1*

*Tak. Zamawiający dopuszcza takie urządzenie.*

2. Prosimy o dopuszczenie do oceny urządzenia równoważnego lub lepszego wyposażonego w 5 półek.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

*Ad. 2*

*Tak. Zamawiający dopuszcza takie urządzenie.*

3. Prosimy o dopuszczenie do oceny urządzenia równoważnego lub lepszego wyposażonego w 4 kółka + 2 regulowane nóżki montażowe z przodu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Ad. 3

*Tak. Zamawiający dopuszcza takie urządzenie.*

4. Prosimy o dopuszczenie do oceny urządzenia równoważnego lub lepszego z zakresem temperatur +2 °C to +12 °C

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Ad. 4

*Tak. Zamawiający dopuszcza takie urządzenie.*

5. Czy Zamawiający wymaga by oferowane urządzenie posiadało pojemność pamięci 4 MB - 46000 rekordów danych, 20 ostatnich alarmów na wyświetlaczu? awaria zasilania, awaria akumulatora zapasowego?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Ad. 5

*Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga spełniania opisanych parametrów.*

6. Czy Zamawiający wymaga by oferowane urządzenie posiadało 7 różnych alarmów: wysoka temperatura (próg regulowany), niska temperatura (próg regulowany), otwarte drzwi, czyszczenie skraplacza, uszkodzone sondy, awaria zasilania, awaria akumulatora zapasowego?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Ad. 6

*Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga spełniania opisanych parametrów.*

Pytanie do zadania nr 2.

7. Czy Zamawiający dopuści głębokość zewnętrzną wynoszącą 700 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Ad. 7

*Tak. Zamawiający dopuszcza takie urządzenie.*

8. Czy Zamawiający dopuści szerokość wewnętrzną 480 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Ad. 8

*Tak. Zamawiający dopuszcza takie urządzenie.*

9. Czy Zamawiający dopuści brak alarmu niskiego uszkodzenia czujników?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Ad. 9

*Nie. zamawiający nie dopuszcza.*

10. Czy Zamawiający dopuści port dostępowy 12mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Ad. 10

Nie. zamawiający nie dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści brak możliwości przeniesienia danych za pomocą pendrive? - jest Bluetooth

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Ad. 11

Tak. Zamawiający dopuszcza takie urządzenie.

Zamawiający