



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

ul. Jana Kilińskiego 29, 08 -110 Siedlce

tel. 25 632 27 97, e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl,

www.spzoz-siedlce.pl

Interreg



Współfinansowany
przez Unię Europejską

NEXT

Polska – Ukraina

Siedlce dnia: 2026-08-25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego, mebli i innego wyposażenia do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i Hospicjum SPZOZ w Siedlcach. Procedura nr 3
Zamówienie współfinansowane jest ze środków projektu: "Transgraniczna opieka zdrowotna i paliatywna Program Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027..
Numer referencyjny: ZOLHOSP3/591/2026

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zadanie nr 2 Chłodziarka medyczna: Czy Zamawiający wymaga by oferowane urządzenie w zadaniu „Chłodziarka medyczna” posiadało rejestrację jako wyrób medyczny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga

Pytanie nr 2 Zadanie nr 2 Chłodziarka medyczna: Prosimy o dopuszczenie chłodziarki równoważnej lub lepszej o pojemności 100 litrów (większa od wymaganej pojemność), a jednocześnie o mniejszych wymiarach zewnętrznych tj 600 x 600 x 860 mm z większym zakresem temperatur +2 °C do +12 °C , z półkami ze stali nierdzewnej. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że tak sformułowany opis nie tylko stoi w sprzeczności z zapisami UoZP dotyczącymi wolnej konkurencji ale również faworyzuje przestarzałe technicznie rozwiązania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

ul. Jana Kilińskiego 29, 08 -110 Siedlce

tel. 25 632 27 97, e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl,

www.spzoz-siedlce.pl

Interreg



Współfinansowany
przez Unię Europejską

NEXT Polska – Ukraina

Pytanie nr 3 Zadanie nr 2 Chłodziarka medyczna: Czy Zamawiający wymaga by oferowane urządzenie posiadało niezbędne alarmy: wysokiej temperatury (próg regulowany), niskiej temperatury (próg regulowany), otwartych drzwi, czyszczenia skraplacza, uszkodzonej sondy, awarii zasilania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 4 Zadanie nr 2 Chłodziarka medyczna: Czy Zamawiający wymaga by oferowane urządzenie posiadało konstrukcję opartą na 2 nóżkach i 4 kółkach ułatwiającą właściwe ustawienie urządzenia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 5 Zadanie nr 2 Chłodziarka medyczna: Czy Zamawiający wymaga by oferowane urządzenie posiadało oświetlenie LED wnętrza?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 6 Zadanie nr 2 Chłodziarka medyczna: Czy Zamawiający wymaga by oferowane urządzenie posiadało parownik wentylowany wymuszonym obiegiem powietrza?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 7 Zadanie nr 2 Chłodziarka medyczna: Czy Zamawiający wymaga by oferowane urządzenie posiadało pojemność pamięci minimum (4 MB - 46000 rekordów danych, na wyświetlaczu dostępnych jest 20 ostatnich alarmów)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 8 Zadanie nr 2 Chłodziarka medyczna: Czy Zamawiający wymaga by oferowane urządzenie posiadało klamkę z zamykaną na zamek z kluczem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 9 Zadanie 1: Czy Zamawiający wymaga by oferowane urządzenie posiadało możliwość mycia w jednym cyklu 4 kaczek lub 2 kaczek i jednego basenu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10 Zadanie 1: Czy Zamawiający wymaga by oferowane urządzenie posiadało możliwość mycia w jednym cyklu 4 kaczek lub 2 basenów?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

ul. Jana Kilińskiego 29, 08 -110 Siedlce

tel. 25 632 27 97, e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl,

www.spzoz-siedlce.pl

Interreg



Współfinansowany
przez Unię Europejską

NEXT Polska – Ukraina

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 11 Zadanie 1: Czy Zamawiający wymaga by oferowane urządzenie posiadało możliwość opróżniania (nacinania i opróżniania) worków do zbiórki moczu (np.: od cewnikowych do 3 litrów pojemności)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 12 Zadanie 1: Czy Zamawiający wymaga by oferowane urządzenie posiadało automatyczne czyszczenie odpływu połączone z programem autotermodezynfekcji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 13 Zadanie 1: Prosimy o dopuszczenie myjni równoważnej lub lepszej o wymiarach zewnętrznych 600x450x1600 mm (sxgxw) bardzo zbliżonych do wymaganych z załadunkiem od góry przez drzwi uchylne do przodu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 14 Zadanie 1: Prosimy o dopuszczenie myjni równoważnej lub lepszej o wymiarach zewnętrznych 900x650x860 mm (sxgxw) bardzo zbliżonych do wymaganych z załadunkiem od góry przez drzwi uchylne do przodu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 15 Zadanie 1: Prosimy o dopuszczenie myjni równoważnej lub lepszej o masie netto 102 kg

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 16 Zadanie 1: Prosimy o dopuszczenie myjni równoważnej lub lepszej o standardowym przyłączy do kanalizacji ?110mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 17 Zadanie 1: Czy Zamawiający podtrzymuje zapis o wymaganiu by oferowana myjnia była zasilana prądem o częstotliwości niedostępnej na terenie Polski, a zgodnej ze standardem w sieciach elektrycznych m.in. w Ameryce Północnej oraz części Azji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający popełnił omyłkę, Zamawiający dokonuje zmiany w



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

ul. Jana Kilińskiego 29, 08 -110 Siedlce

tel. 25 632 27 97, e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl,

www.spzoz-siedlce.pl

Interreg



Współfinansowany
przez Unię Europejską

NEXT Polska – Ukraina

załączniku nr 4, Zadanie nr 1, pozycja 20 : „ Zasilanie 230 V 50 / 60 Hz jednofazowy, bezpiecznik 13A”.
Stosowane zmiany zostają wprowadzone do Załącznika nr 4 Minimalne wymagania techniczne.

Pytanie nr 18 Zadanie 1: Czy Zamawiający nie popełnił ewidentnej omyłki pisarskiej w pkt14 wymagając jedynie pięciu dysz myjących w komorze myjni? Uprzejmie informujemy, że w nowoczesnych myjniach do każdego naczynia we wsadzie dedykowanych jest kilka dysz myjących i tak dla 4 kaczek lub basenu i 2 kaczek lub 2 basenów to: system mycia wyposażony w 18 dysz o działaniu jednoczesnym działaniu (skoncentrowanym i rozproszonym) oraz dodatkowe natryskowe ramiona myjące dedykowane do basenów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 19 Zadanie 1: Dot pkt.12 wnosimy o odstąpienie od tego wymagania jednoznacznie wskazującego na rozwiązanie firmy Arjo.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 20 Zadanie 1: Dot. Pkt.5 Prosimy o uzasadnienie wymagania fotokomórki nożnej. Jakie argumenty przemawiają za wykluczeniem innych fotokomórek? Wnosimy o uzasadnienie rzekomo bezdotykowej obsługi polegającej na „wsunięciu stopy” oraz uzasadnienie wykluczenia innych faktycznie bezdotykowych sposobów sterowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wymaganie fotokomórki nożnej wynika z najwyższych standardów higieny, ochrony epidemiologicznej oraz konieczności zapewnienia precyzyjnego i świadomego sterowania urządzeniem bez użycia rąk, całkowicie eliminuje ryzyko przenoszenia mikroorganizmów z dłoni na elementy sterujące, co jest kluczowe w placówkach medycznych

Pytanie nr 21 Zadanie 1: Z uwagi na termin postępowania (koniec III kwartału 2026) wnosimy o wykluczenie możliwości oferowania urządzeń starszych niż wyprodukowanych w roku 2026.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 22 dotyczy Zadania nr 3

Ad. Poz. 11_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafy na leki wyposażonej w przezroczyste półki zapewniające dobrą widoczność przechowywanych leków, bez dodatkowych tworzywowch przekładek, co nie wpływa na możliwość prawidłowego przechowywania, identyfikacji i segregacji leków. Funkcjonalność oferowanej szafy w zakresie przechowywania i segregacji leków pozostaje zachowana. Przekładki stanowią element organizacyjny wyposażenia półek, ułatwiający segregację leków, jednak ich brak nie powoduje utraty



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

ul. Jana Kilińskiego 29, 08 -110 Siedlce

tel. 25 632 27 97, e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl,

www.spzoz-siedlce.pl

Interreg



Współfinansowany
przez Unię Europejską

NEXT Polska – Ukraina

podstawowej funkcjonalności szafy, tj. możliwości przechowywania i identyfikacji leków oraz ich uporządkowanego rozmieszczenia na półkach. Jednocześnie przezroczyste półki, będące zasadniczym elementem wymogu, pozostają zachowane.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza szafy na leki wyposażone w przezroczyste półki zapewniające dobrą widoczność przechowywanych leków, bez dodatkowych tworzywowych przekładek, wyposażenie w tworzywowe przekładki jest parametrem dodatkowym, punktowanym, w przypadku zaoferowania szafy bez tworzywowych przekładek oferta będzie podlegała ocenie, natomiast ten parametr otrzyma 0 punktów

Pytanie nr 23 dotyczy Zadania nr 3

Ad. Poz. 11 _ W odniesieniu do powyższego pytania, prosimy jednocześnie Zamawiającego o rozważenie, czy w przypadku zaoferowania takiego rozwiązania oferta będzie podlegała ocenie w ramach przedmiotowego kryterium na zasadach określonych przez Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza szafy na leki wyposażone w przezroczyste półki zapewniające dobrą widoczność przechowywanych leków, bez dodatkowych tworzywowych przekładek, wyposażenie w tworzywowe przekładki jest parametrem dodatkowym, punktowanym, w przypadku zaoferowania szafy bez tworzywowych przekładek oferta będzie podlegała ocenie, natomiast ten parametr otrzyma 0 punktów

Pytanie nr 24 dotyczy Zadania nr 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości szafy na leki, które nie posiadają statusu wyrobu medycznego, objętych 23% stawką podatku VAT, dedykowanych do stosowania w środowisku szpitalnym. Pragniemy zauważyć, iż nie wszystkie meble medyczne dedykowane do placówek opieki zdrowotnej spełniają definicję wyrobu medycznego. Wymagane przez Państwa szafy na leki oferowane przez Wykonawcę nie posiadają deklaracji zgodności CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 25 Zadanie 5 Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ssaka o poniższych parametrach??

SSAK ELEKTRYCZNY- AKUMULATOROWY Model: V7 MX - Hersill

Opis produktu:

Ssaki V7 są urządzeniami przenośnymi, zasilanymi elektrycznie przeznaczonymi do odsysania wszelkiego rodzaju wydzielin: krwi, śluzu, flegmy itp. Dostępne w wersji jezdnej lub z uchwytem ułatwiającym przenoszenie. Obudowa ssaka wykonana została z odpornego zarówno na przegrzanie jak i uszkodzenia mechaniczne tworzywa ABS. Wyposażone są w zbiorniki o pojemności 1 lub 1,7 L wykonane z poliwęglanu (PC) lub polisulfonu (PSU) nadającego się do sterylizacji w autoklawie. Zbiorniki posiadają skalę oraz zastawkę przeciw przelewową. Dzięki zastosowaniu filtrów antybakteryjnych uzyskujemy pełne zabezpieczenie otoczenia przed możliwością zakażenia. Modele V7 zaprojektowane zostały specjalnie dla ratownictwa medycznego oraz sytuacji wymagających transportu. Ssaki V7 charakteryzuje bezproblemowa obsługa i niezawodność działania.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

ul. Jana Kilińskiego 29, 08 -110 Siedlce

tel. 25 632 27 97, e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl,

www.spzoz-siedlce.pl

Interreg



Współfinansowany
przez Unię Europejską

NEXT Polska – Ukraina



Specyfikacja techniczna:

- do odsysania krwi, wydzielin i pokarmu z jamy ustnej, nosowo-gardłowej, dla pacjentów tracheotomowanych i po zabiegach operacyjnych,
- przeznaczony do pracy w warunkach pozaszpitalnych/ transportu,
- nadaje się również do stosowania w salach szpitalnych
- powierzchnia ssaka jest łatwa do czyszczenia,
- Maksymalne podciśnienie – 84 kPa, pełna regulacja siły ssania wraz ze wskaźnikiem,
- Wydajność ssania – do 30 l/min,
- zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie – poj. 1L (opcja 1,7L).
- wbudowany filtr bakteryjny wraz z zabezpieczeniem przed przepełnieniem,
- zasilanie ssaka z akumulatora lub prądu zmiennego, pobór mocy 160 W (AC) lub 85 W (DC),
- czas pracy z akumulatora – do 65 minut
- Mechaniczny przełącznik (włącznik) /zabezpieczony przed zalaniem/
- Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w mmHg i kPa
- Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności, łatwa do dezynfekcji
- Zintegrowana dioda LED wskazująca działanie urządzenia
- Regulator ciśnienia w formie pokrętła
- Waga: 4,5 kg
- Głośność: 49 ± 1,5 dB
- Pompa tłokowa bezolejowa

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ssak o podanych parametrach technicznych

Pytanie nr 26 Zadanie 5 Zamawiający w Zadaniu 5, poz. 9 wymaga wyposażenia ssaka w przewód silikonowy dla pacjenta o długości min. 1,5 m, natomiast w dalszej części opisu wymaga również węża ssącego o długości min. 2 m. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dwóch odrębnych przewodów/wężu ssących, czy też wskazane wymagania odnoszą się do tego samego elementu układu ssącego.

Prosimy o doprecyzowanie opisanych wymagań.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający usuwa pkt 17 w zadaniu 5, jest to omyłka Zamawiającego, Stosowane zmiany zostają wprowadzone do Załącznik nr 4 Minimalne wymagania techniczne.

Zamawiający