



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

ul. Jana Kilińskiego 29, 08 -110 Siedlce

tel. 25 632 27 97, e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl,

www.spzoz-siedlce.pl

Interreg



Współfinansowany
przez Unię Europejską

NEXT

Polska – Ukraina

Siedlce dnia: 2026-08-24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego, mebli i innego wyposażenia do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i Hospicjum SPZOZ w Siedlcach. Procedura nr 3
Zamówienie współfinansowane jest ze środków projektu: "Transgraniczna opieka zdrowotna i paliatywna Program Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027

Numer referencyjny: ZOLHOSP3/591/2026

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zadanie nr 2 CHŁODZIARKA MEDYCZNA DO LEKÓW – 2 szt

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach 600x600x820 mm (WxSzXG) i pojemności 106 l? Oznacza to, że przy mniejszych gabarytach niż wymagane, Zamawiający otrzymuje większą objętość do przechowywania, co jest korzystne dla Zamawiającego. Jeżeli nie, proszę o uzasadnienie niedopuszczenia takiego rozwiązania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 Zadanie nr 2 CHŁODZIARKA MEDYCZNA DO LEKÓW – 2 szt

Czy Zamawiający dopuści wnętrze z aluminium białego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3 Zadanie nr 2 CHŁODZIARKA MEDYCZNA DO LEKÓW – 2 szt

Czy Zamawiający dopuści lodówkę bez alarmu zabrudzonego skraplacza? Tak małe lodówki mają zupełnie inną



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

ul. Jana Kilińskiego 29, 08 -110 Siedlce

tel. 25 632 27 97, e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl,

www.spzoz-siedlce.pl

Interreg



Współfinansowany
przez Unię Europejską

NEXT Polska – Ukraina

budowę skraplacza (często jest on nawet po prostu wbudowany w ściankę i nie wymaga żadnego czyszczenia) i wydaje mi się, że ten zapis/wymóg dotyczy dużych szaf chłodniczych z chłodzeniem nadmuchowym, odgórnym (z parownikiem poza komorą lodówki).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4 Zadanie 4 - Dostawa wózka kąpielowego dla pacjentów, Pyt. 1 pozycja nr 2 Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści wózek prysznicowy z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 74-106 cm zamiast wymaganego zakresu 57-89 cm? Oferowany zakres zapewnia ergonomiczną pracę personelu oraz bezpieczny transfer pacjenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający