



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

ul. Jana Kilińskiego 29, 08 -110 Siedlce

tel. 25 632 27 97, e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl,

www.spzoz-siedlce.pl

Siedlce dnia: 2026-08-12

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa mebli i wyposażenia dla potrzeb Centrum Zdrowia Psychicznego funkcjonującego w ramach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Numer referencyjny: meble/CZP/587/2026

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 ZADANIE 7 - MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY

Załącznik nr 4 do SWZ, tabela minimalnych wymagań technicznych

Mając na uwadze zapewnienie różnorodności oraz wysokiej konkurencyjności ofert składanych w postępowaniu prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania materaca wraz z pompą i układem sterowania, który nie jest prototypem, pochodzi z produkcji seryjnej, nie będzie modyfikowany na potrzeby postępowania oraz jest jednorodnym wyrobem medycznym klasy I posiadającym dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP (deklaracja zgodności, powiadomienie lub zgłoszenie URPL) osobne dla oferowanej pompy i materaca oraz instrukcję używania osobną dla oferowanej pompy i materaca? Komplet urządzeń oznaczony w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację wyrobu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 ZADANIE 7 - MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY

Załącznik nr 4 do SWZ, tabela minimalnych wymagań technicznych

Mając na uwadze zapewnienie różnorodności oraz wysokiej konkurencyjności ofert składanych w postępowaniu prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania materaca zbudowanego z 18 lub z 17 komór poprzecznych, na których leży pacjent i 2 lub 4 komór podnoszących (wchodzących w skład systemu rotacji/przechyłów pacjenta)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza



Pytanie nr 3 ZADANIE 7 - MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY

Załącznik nr 4 do SWZ, tabela minimalnych wymagań technicznych

Mając na uwadze zapewnienie różnorodności oraz wysokiej konkurencyjności ofert składanych w postępowaniu prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania materaca o wymiarach 198 x 85 x 14 cm +/- 2 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4 ZADANIE 7 - MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY

Załącznik nr 4 do SWZ, tabela minimalnych wymagań technicznych

Mając na uwadze zapewnienie różnorodności oraz wysokiej konkurencyjności ofert składanych w postępowaniu prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania materaca z systemem owiewu powietrzem ciała pacjenta za pomocą mikrootworów w komorach, ale wykonany w taki sposób, aby ciało pacjenta ich nie blokowało?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5 ZADANIE 7 - MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY

Załącznik nr 4 do SWZ, tabela minimalnych wymagań technicznych

Mając na uwadze zapewnienie różnorodności oraz wysokiej konkurencyjności ofert składanych w postępowaniu prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania materaca wyposażonego w pompę pneumatyczną z panelem sterowania z sygnalizacją niskiego ciśnienia, braku zasilania i wezwania serwisu? – oznaczone każda oddzielnym piktogramem i dedykowaną osobną diodą.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6 ZADANIE 7 - MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY

Załącznik nr 4 do SWZ, tabela minimalnych wymagań technicznych

Mając na uwadze zapewnienie różnorodności oraz wysokiej konkurencyjności ofert składanych w postępowaniu prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania pompy z gniazdem dwusekcyjnym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7 ZADANIE 7 - MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY

Załącznik nr 4 do SWZ, tabela minimalnych wymagań technicznych

Mając na uwadze zapewnienie różnorodności oraz wysokiej konkurencyjności ofert składanych w postępowaniu prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania materaca z przewodem powietrznym dwużyłowym z pojedynczym zespolonym przyłączem kątowym/lub prostym do pompy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8 ZADANIE 1, poz. 1 – Krzesło polietylenowe z podłokietnikami

Zamawiający wymaga krzesła o wymiarach:

* wysokość: **81,3 cm ± 0,5 cm**,

* szerokość: **63,5 cm ± 0,5 cm**,



* głębokość: **66,0 cm ± 0,5 cm**,

* waga: **13,6 kg ± 0,5 kg**.

Oferowane przez nas krzesło wykonane jest z trwałego polietylenu, w konstrukcji jednoczęściowej, bez części odkręcanych i demontowanych, przeznaczonej do intensywnego użytkowania w wymagających środowiskach.

Produkt dostępny jest również z możliwością mocowania do podłoża oraz dociążenia.

Wymiary oferowanego modelu:

* wysokość: **89,5 cm**,

* szerokość: **61,5 cm**,

* głębokość: **61,5 cm**,

* waga w wersji lekkiej: **12 kg**.

Produkt objęty jest **dożywotnią gwarancją na wady produkcyjne**.

Czy Zamawiający dopuści oferowany model o powyższych wymiarach i wadze, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów dotyczących konstrukcji, trwałości i przeznaczenia produktu oraz dożywotniej gwarancji producenta? **

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9 ZADANIE 1, poz. 2 – Szafa słupek z nadstawką skośną

Zamawiający wymaga:

* wysokości całkowitej: **225 cm ± 1 cm**,

* szerokości: **50 cm ± 1 cm**,

* głębokości: **50 cm ± 1 cm**,

* szafy dolnej o wysokości **190 cm**,

* nadstawki skośnej o wysokości **35 cm**,

* korpusu i frontów z laminowanej płyty meblowej min. 18 mm,

* metalowego, spawanego stelaża z możliwością trwałego mocowania do podłoża.

Oferowane przez nas rozwiązanie posiada szafę oraz nadstawkę skośną, jednak różni się wymiarami od wskazanych w SWZ.

Czy Zamawiający dopuści oferowane rozwiązanie, jeżeli jego wymiary będą nieznacznie różnić się od wymiarów wskazanych w SWZ, przy zachowaniu wymaganej funkcji, konstrukcji nadstawki skośnej, materiału oraz możliwości trwałego mocowania do podłoża?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ, Zamawiający pozostawia wymagania bez zmian

Pytanie nr 10 ZADANIE 1, poz. 3 – Lustro bezpieczne nietłukące

Zamawiający wymaga lustro o wymiarach:

* szerokość: **302 mm ± 5 mm**,

* wysokość: **496 mm ± 5 mm**,



* głębokość: **15 mm ± 5 mm**,

wykonanego z blachy stalowej o grubości **1,50 mm**.

Oferujemy bezpieczne lustro Ryno wykonane z **poliwęglanu**, przeznaczone do zastosowań w wymagających środowiskach. Materiał jest odporny na stłuczenie i został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie użytkowników. Produkt Ryno objęty jest **dożywotnią gwarancją na wady produkcyjne**.

Czy Zamawiający dopuści oferowane lustro wykonane z poliwęglanu jako rozwiązanie równoważne, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej funkcji bezpiecznego, nietłukącego lustra? Prosimy również o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści lustro o wymiarach oferowanego modelu, które różnią się od wymiarów wskazanych w SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ, Zamawiający pozostawia wymagania bez zmian

Pytanie nr 11– dotyczy Zadania nr 5 – Chłodziarka medyczna, pkt 3 OPZ „Pojemność netto: od 80 l do 90 l”

Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie chłodziarki medycznej o pojemności netto 125 l. Oferowane rozwiązanie spełnia funkcję i przeznaczenie określone przez Zamawiającego, zapewniając jednocześnie większą przestrzeń użytkową do przechowywania materiałów wymagających kontrolowanych warunków temperaturowych. Dopuszczenie wskazanego parametru zwiększy konkurencyjność postępowania oraz umożliwi złożenie oferty przez większą liczbę wykonawców, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności urządzenia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu wymaganych wymiarów

Pytanie nr 12– dotyczy Zadania nr 5 – Chłodziarka medyczna, pkt 4 OPZ „Zakres temperatury: co najmniej od +2°C do +10°C” (należy zweryfikować zapis w OPZ, ponieważ wskazany zakres +20°C do +100°C nie odpowiada parametrom chłodziarki medycznej)

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę medyczną o zakresie regulacji temperatury od +2°C do +8°C? Oferowane urządzenie zapewnia bezpieczne przechowywanie produktów medycznych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz spełnia wymagania funkcjonalne stawiane chłodziarkom medycznym. Dopuszczenie powyższego rozwiązania pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania bez pogorszenia jakości ani funkcjonalności przedmiotu zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13– dotyczy Zadania nr 5 – Chłodziarka medyczna, pkt 6 OPZ „Wnętrze ze stali nierdzewnej AISI 304”

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę medyczną posiadającą komorę wewnętrzną wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały, przeznaczonej do zastosowań medycznych? Oferowane rozwiązanie zapewnia łatwość utrzymania czystości, odporność na standardowe środki myjące i dezynfekcyjne oraz nie wpływa negatywnie na funkcjonalność urządzenia. Dopuszczenie wskazanego rozwiązania umożliwi zwiększenie konkurencyjności postępowania przy zachowaniu wymagań użytkowych Zamawiającego.



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 14– dotyczy Zadania nr 5 – Chłodziarka medyczna, pkt 8 OPZ „Drzwi pełne z samodomykaczem, zamykane na zamek”

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę medyczną wyposażoną w drzwi przeszkłone, posiadające samodomykacz oraz zamek zabezpieczający dostęp do przechowywanych materiałów? Oferowane rozwiązanie umożliwia kontrolę zawartości komory bez konieczności otwierania drzwi, co może przyczyniać się do ograniczenia wahań temperatury wewnątrz urządzenia. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania przy zachowaniu wymaganej funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 15 – dotyczy zadania nr 4 – MACERATOR, pkt. 3, 4, 5, 6

Czy Zamawiający dopuści macerator obsługiwany zgodnie z zasadą „czystych rąk” - otwierany i zamykany za pomocą uchwytu łokciowego z autostartem po zamknięciu pokrywy? Takie rozwiązanie nie ogranicza w żaden sposób ruchów osoby obsługującej urządzenie, ponieważ otwarcie jak i zamknięcie komory odbywa się poprzez dotknięcie specjalnego uchwytu łokciem. Specjalny uchwyt tzw. łokciowy pełni jednocześnie funkcję zatrasku i gwarantuje idealną szczelność komory. Dodatkowo górna pokrywa wykonana jest z tworzywa z wbudowaną barierą antybakteryjną. Czujniki podczerwieni ulegają częstym awariom, co zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 16– dotyczy zadania nr 4 – MACERATOR, pkt. 31

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające obudowę - konstrukcję ze stali nierdzewnej z frontem i górną pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 17– dotyczy zadania nr 4 – MACERATOR, pkt. 21, 22

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (szerokość x wysokość x głębokość): 360 mm x 977 mm (1253 mm otwarta pokrywa) x 445 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 18 – dotyczy zadania nr 4 – MACERATOR, pkt. 37

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zamiast wyświetlacza diody LED informujące o stanie gotowości urządzenia do pracy, aktualnej fazie cyklu i usterkach?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ



Pytanie nr 19 – dotyczy zadania nr 4 – MACERATOR, pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające poziom dźwięku 68 dB +/- 2 dB?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 20– dotyczy zadania nr 4 – MACERATOR, pkt. 10, 11

Czy Zamawiający dopuści macerator posiadający wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej (górnej) części komory z bezpośrednim dostępem do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy (brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia w przypadku maceracji nieodpowiednich materiałów (np. ścierki wielorazowe, lignina itp.)), co gwarantuje mielenie i rozdrobnienie naczyń medycznych wykonanych z pulpy celulozowej do postaci cieczy która z łatwością odprowadzana zostaje odpływem kanalizacyjnym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 21– dotyczy zadania nr 4 – MACERATOR, pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści macerator posiadający silnik o mocy $\leq 0,4\text{kW}$? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji naczyń z pulpy celulozowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 22– dotyczy zadania nr 4 – MACERATOR, pkt. 24, 25

Czy Zamawiający dopuści macerator posiadający zbiornik wody o pojemności 10l dostosowany do oferowanego systemu/technologii maceracji oraz zużycia wody 10l?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 23 – dotyczy zadania nr 4 – MACERATOR, pkt. 26, 27

Czy Zamawiający dopuści macerator o wymaganym natężeniu przepływu wody min. 4l/min, ciśnieniu wlotowym wody co najmniej 0,05 MPa (0,5 bara) i maksymalnym 0,8 MPa (8 barów)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 24– dotyczy zadania nr 4 – MACERATOR, pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie przeprowadzające macerację przy użyciu dwóch wielopłaszczyznowych modułów tnąco rozrywających o różnej geometrii i długości min 9 cm, z trzema elementami tnącymi na różnych wysokościach i komorą zagarniającą?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 25– dotyczy zadania nr 4 – MACERATOR, pkt. 39, 41, 42



Czy Zamawiający odstąpi od pkt. 39, 41, 42 wymaganych parametrów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 26 – dotyczy zadania nr 4 – MACERATOR, pkt. 43

Czy Zamawiający odstąpi od pkt. 43 dopuszczając urządzenie posiadające odpływ po prawej stronie ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 27 – dotyczy zadania nr 4 – MACERATOR, pkt. 44

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało zbiornik wodny fabrycznie zabudowany w urządzeniu (z każdej strony obudowany stalą nierdzewną) odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu i rozszczelnieniu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 28 – dotyczy zadania nr 4 – MACERATOR

Czy Zamawiający wymaga, aby macerator posiadał wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej (górnej) części komory z bezpośrednim dostępem do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy (brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia w przypadku maceracji nieodpowiednich materiałów (np. ścierki wielorazowe, lignina itp.)), co gwarantuje mielenie i rozdrobnienie naczyń medycznych wykonanych z pulpy celulozowej do postaci cieczy która z łatwością odprowadzana zostaje odpływem kanalizacyjnym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 29 – dotyczy zadania nr 4 – MACERATOR

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało uszczelkę zamontowaną na pokrywie? Oferowane rozwiązanie zapewnia szczelności komory podczas pracy i przede wszystkim zapewnia jej czystość oraz wydłuża żywotność.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 30 – dotyczy zadania nr 4 – MACERATOR

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało silnik o mocy $\leq 0,4\text{kW}$? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji naczyń z pulpy celulozowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 31 – dotyczy zadania nr 4 – MACERATOR

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało górną pokrywę ze specjalnym uchwytem uszczelniającym



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

ul. Jana Kilińskiego 29, 08 -110 Siedlce

tel. 25 632 27 97, e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl,

www.spzoz-siedlce.pl

komorę, a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni? Oferowane urządzenia umożliwia bezawaryjne, ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Zamawiający