



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

ul. Jana Kilińskiego 29, 08 -110 Siedlce

tel. 25 632 27 97, e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl,

www.spzoz-siedlce.pl

Siedlce dnia: 2026-09-02

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa łóżek do Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Numer referencyjny: łóżka/OCH/OW/592/2026

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Prosimy (w pkt. 2) o wyrażenie zgody na zaoferowanie podstawy łóżka pantografowej podpierającej leże w 4 punktach gwarantujących stabilność leża.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2 Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka o długości całkowitej 2190 mm (+/- 10 mm) i szerokości całkowitej 950 mm (+/- 10 mm), wymiar materaca 800 x 2000 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3 Prosimy (w pkt. 6) o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie 100-240V. Jest to parametr, który w żaden sposób nie wpływa negatywnie na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 4 Prosimy (w pkt. 8) o wyrażenie zgody na zaoferowanie elektrycznej regulacji segmentu oparcia pleców 0o – 65o (+/- 5o). Proponowany zakres jest zbliżony do wymaganego przez Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 5 Prosimy (w pkt. 8) o wyrażenie zgody na zaoferowanie elektrycznej regulacji segmentu uda 0o – 44o (+/- 2o). Proponowany zakres jest lepszy, niż wymagany przez Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

ul. Jana Kilińskiego 29, 08 -110 Siedlce

tel. 25 632 27 97, e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl,

www.spzoz-siedlce.pl

Pytanie nr 6 Prosimy (w pkt. 8) o wyrażenie zgody na zaoferowanie regulacji segment podudzia ręcznej sprężyną gazową. Takie rozwiązanie będzie dużo wygodniejsze niż mechanizm zapadkowy i pozwoli na bezstopniową, bardziej precyzyjną regulację tego segmentu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 7 Prosimy (w pkt. 9) o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka szpitalnego z funkcją krzesła kardiologicznego – aktywowaną jednym przyciskiem na panelu sterującym, ruch polegający na wykonaniu funkcji autokontur (co zapobiega zsuwaniu się pacjenta) i wykonaniu przechylenia w stronę nóg. Oferowane rozwiązanie jest tożsame z opisanym przez Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 8 Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji wysokości w zakresie od 390 mm (+/- 10 mm) do 790 mm (+/- 10 mm), koła 150 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9 Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w przewodowy pilot sterujący z podświetlanymi przyciskami (przyciski membranowe, zabezpieczone przed przedostawaniem się płynów) umożliwiającymi regulację segmentu oparcia pleców, regulację segmentu uda, regulację wysokości leża, regulację funkcji autokontur, regulację pozycji wyjściowej / mobilizacyjnej za pomocą jednego przycisku; pilot posiadający przycisk bezpieczeństwa aktywujący w sposób świadomy funkcje sterowania; pilot posiadający diodę LED informującą o uzyskaniu kąta 30o podczas regulacji segmentu oparcia pleców (segment oparcia pleców po uzyskaniu kąta 30o zatrzymuje się automatycznie) oraz diodę LED informującą o najniższym położeniu łóżka?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10 Prosimy (w pkt. 14) o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka medycznego wyposażonego w panel sterujący (nie zintegrowany), z możliwością zawieszenia pod półką na pościel; panel posiadający system zabezpieczeń chroniący przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych, w tym możliwość indywidualnej blokady wybranych funkcji pilota tj. zablokowanie danej funkcji na panelu sterującym spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie; panel umożliwia precyzyjną regulację następujących segmentów łóżka: oparcia pleców, segmentu ud, wysokości całego leża, pozycji wzdłużnych (Trendelenburg/anty-Trendelenburg), funkcji autokontur; dodatkowo, za pomocą dedykowanych przycisków, możliwe jest szybkie uruchomienie funkcji: pozycji wyjściowej, pozycji antyszokowej, pozycji egzaminacyjnej, pozycji CPR (nagłe opuszczenie leża do pozycji resuscytacyjnej), pozycji krzesła kardiologicznego; panel sterujący może być również zawieszony na szczycie łóżka od strony nóg, co zapewnia łatwy dostęp dla personelu medycznego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 11 Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, które nie posiada możliwości mechanicznego uniesienia segmentu pleców (alternatywny napędu awaryjny) w przypadku braku zasilania elektrycznego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

ul. Jana Kilińskiego 29, 08 -110 Siedlce

tel. 25 632 27 97, e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl,

www.spzoz-siedlce.pl

Pytanie nr 12 Prosimy (w pkt. 15) o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka posiadającego funkcję podwójnej autoregresji - jednoczesnej autoregresji oparcia pleców oraz segmentu uda minimalizując ryzyko zsuwania się pacjenta oraz redukując nacisk na okolice krzyżowe.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 13 Prosimy (w pkt. 16) o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka posiadającego leże wykonane z płyt HPL, odpornych na wysoką temperaturę, środki dezynfekujące oraz promieniowanie UV, konstrukcja płyt zapewnia trwałość i łatwość utrzymania higieny.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 14 Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym akumulator nie posiada sygnału dźwiękowego sygnalizującego jego wyczerpanie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 15 Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego szczyty demontowalne z ramy leża bez użycia narzędzi, z możliwością ich blokady podczas transportu za pomocą dwóch suwaków z oznaczeniem graficznym pozycja zablokowana / pozycja odblokowana; szczyty wykonane z wysokiej jakości tworzywa jako jednolity odlew (bez łączeń, miejsc klejenia, ostrych krawędzi i rogów), łatwe do dezynfekcji i utrzymania w czystości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 16 Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego barierki wykonane z czterech okrągłych profili stalowych, lakierowanych proszkowo, zapewniających odporność na korozję i środki dezynfekujące; barierki składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku - wyraźnie oznaczonego, umieszczone w części dolnej barierki od strony głowy; konstrukcja pozbawiona ostrych krawędzi oraz miejsc sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń, spełnia wymagania normy bezpieczeństwa EN 60601-2-52 dotyczącej łóżek medycznych, wysokość barierki od powierzchni leża minimum 39 cm, barierki zabezpieczają pacjenta na $\frac{3}{4}$ długości leża, zgodnie z wymaganiami normy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 17 Prosimy (w pkt. 22) o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka posiadającego po cztery haczyki na każdą stronę leża.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 18 Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków odbojowych nie stożkowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 19 Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego przy segmencie oparcia pleców oraz podudzia tworzywowe ograniczniki zabezpieczające materac przed przemieszczaniem i zapewniające jego stabilne utrzymanie podczas regulacji pozycji?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

ul. Jana Kilińskiego 29, 08 -110 Siedlce

tel. 25 632 27 97, e-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl,

www.spzoz-siedlce.pl

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 20 Prosimy (w pkt. 25) o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka posiadającego cztery koła, w tym jedno antystatyczne (kierunkowe).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 21 Prosimy (w pkt. 26) o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka posiadającego bezpieczne obciążenie 275 kg potwierdzone na tabliczce znamionowej naklejonej na ramie łóżka.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 22 Prosimy (w pkt. 27) o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka szpitalnego wyposażonego w oświetlenie nocne umieszczone w części centralnej pod leżem; oświetlenie zapewnia delikatne, rozproszone światło umożliwiające orientację w przestrzeni w warunkach nocnych, bez zakłócania snu pacjenta. Oferowane rozwiązanie jest tożsame z opisanym przez Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 23 Prosimy (w pkt. 30) o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o wysokości 14 cm dopasowany do rozmiarów leża (pianka poliuretanowa w pokrowcu wykonanym z poliestru z ognioodporną powłoką poliuretanową), gęstość pianki 30kg/m³, i twardości 3 kPa, pokrowiec zapinany na zamkiem błyskawicznym z 2 stron (zapięcie w kształcie „L”), chroniący cały materac, wykonany z poliestru z ognioodporną powłoką poliuretanową, pokrowiec odporny na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), antybakteryjny i przeciwwgrzybiczy, rozciągający się w 4 kierunkach, łatwy do dezynfekcji i prania, możliwość prania w pralce w temperaturze do 95oC, możliwość suszenia w temperaturze do 60oC, możliwość sterylizacji do 120oC, odporność na dezynfekcję roztworem chloru do 10 000 ppm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy:

- składania ofert, z dnia **2026-09-03 godz. 10:00** na dzień **2026-09-04 godz. 10:00**.
- otwarcia ofert, z dnia **2026-09-03 godz. 10:05** na dzień **2026-09-04 godz. 10:05**.

Zamawiający

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Angelika Ambroziewicz